

# 采购需求（标包 1）

## 一、总则

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证其服务过程中提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。

1.2 本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。供应商在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，否则其投标无效。

1.3 除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 中标的主要产品的数量、单价、规格等将予以公布。

## 二、技术规格要求

### （一）总体要求

1. 采购标的：飞秒激光负压环（飞秒激光角膜屈光治疗机一次性使用无菌治疗包或眼科无菌患者接口或飞秒激光治疗仪一次性手术包等其它同类产品）配送服务；

2. 提供充足、稳定货源；

3. 投标文件中提供合法有效的产品销售授权证明材料或承诺合同签订前提供合法有效的产品销售授权证明材料；

4. 质量证明书、说明书及合格证等随货同行；

5. 因产品质量、违规经营引起的所有纠纷以及在经营过程中产生的纠纷和处罚，由中标供应商自行承担。

### （二）技术支持要求

1. 在产品使用过程中，中标供应商应委派经采购人认可的相关专业技术人员到采购人处进行技术支持；

2. 合同期限内邀请行业专家进行学术研讨、学术交流及相关培训

3. 配送的产品为全飞秒和半飞秒产品；

4. 中标供应商提供的产品需适用于采购人的设备；
5. 投标产品需为弧形曲面设计，符合人体角膜生理形状；
6. 保证原厂正品供货，合同签订前提供相关资料、说明书、宣传彩页等。

### **（三）供货要求**

1. 产品到货后，中标供应商应按照采购人指定地点进行交付，中标供应商须保证货物数量准确，包装完好，标识符合规范要求，中标供应商须制作供货清单随货同行，并由采购人与中标供应商双方签字确认；

2. 合同签订前需提供货物产品注册证、合格证等其他国家规范要求的相关证书；

3. 由于该项目特殊性，中标供应商应自行常规备货。

### **（四）报价要求**

1. 本项目投标报价为单价，供应商须分别报出全飞秒激光负压环和半飞秒激光负压环的单价；

2. 投标报价应包括货物的生产、加工、运输、保险、税费、人员培训及售后服务等采购范围所需的全部费用。

### **（五）其他要求**

1. 中标供应商必须严格按照中标的产品种类、名称、规格、参数、制造商等进行配送，保证所投产品购销流程合法、畅通，杜绝各种违法违纪行为。

### **（六）售后服务**

1. 未拆封使用的产品均免费退换；

2. 产品在使用过程中若发生破损、污染等因素导致无法继续使用时，中标供应商应按照采购人的要求在规定时间内更换新的产品或无偿退回原产品；

3. 产品无效或不适配免费退、换货；

4. 使用过程中发生产品失效，导致无法继续使用，中标供应商须于采购人提出要求后，一个月内无偿提供免费退换货服务。

5. 各级医疗器械监督部门在检查中发现或检验部门抽检中发现，所提供的医疗器械在有效期内质量问题，中标供应商承担一切相关责任。

# 采购需求（标包2）

## 一、总则

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证其服务过程中提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。

1.2 本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。供应商在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，否则其投标无效。

1.3 除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 中标的主要产品的数量、单价、规格等将予以公布。

## 二、技术规格要求

### （一）总体要求

1. 采购标的：半飞秒激光负压环（或其它名称的同类产品）配送服务；
2. 提供充足、稳定货源；
3. 投标文件中提供合法有效的产品销售授权证明材料或承诺合同签订前提供合法有效的产品销售授权证明材料；
4. 质量证明书、说明书及合格证等随货同行；
5. 因产品质量、违规经营引起的所有纠纷以及在经营过程中产生的纠纷和处罚，由中标人自行承担。

### （二）技术支持要求

1. 在产品使用过程中，中标供应商应委派经采购人认可的相关专业技术人员到采购人处进行技术支持；
2. 合同期限内邀请行业专家进行学术研讨、学术交流及相关培训；
3. 投标产品为半飞秒产品；
4. 中标供应商提供的产品需适用于采购人的设备；

5. 投标产品为患者固定眼球使用；
6. 保证原厂正品供货，合同签订前提供相关资料、说明书、宣传彩页等。

### **（三）供货要求**

1. 产品到货后，中标供应商应按照采购人指定地点进行交付，中标供应商须保证货物数量准确，包装完好，标识符合规范要求，中标供应商须制作供货清单随货同行，并由采购人与中标供应商双方签字确认；
2. 合同签订前需提供货物产品注册证、合格证等其他国家规范要求的相关证书；
3. 由于该项目特殊性，中标供应商应自行常规备货。

### **（四）报价要求**

1. 本项目投标报价为单价，供应商须报出半飞秒激光负压环的单价；
2. 投标报价应包括货物的生产、加工、运输、保险、税费、人员培训及售后服务等采购范围所需的全部费用。

### **（五）其他要求**

1. 中标供应商必须严格按照中标的产品种类、名称、规格、参数、制造商等进行配送，保证所投产品购销流程合法、畅通，杜绝各种违法违纪行为。

### **（六）售后服务**

1. 未拆封使用的产品均免费退换；
2. 产品在使用过程中若发生破损、污染等因素导致无法继续使用时，中标供应商应按照采购人的要求在规定时间内更换新的产品或无偿退回原产品；
3. 产品无效或不适配免费退、换货；
4. 使用过程中发生产品失效，导致无法继续使用，中标供应商须于采购人提出要求后，一个月内提供免费退换货服务；
5. 各级医疗器械监督部门在检查中发现或检验部门抽检中发现，所提供的医疗器械在有效期内质量问题，中标供应商承担一切相关责任。