

暨南大学化材学院基础实验教学设备更新 采购项目

招标文件

项目编号：ZZ0230263



委托编号：JNU2023A030

采购人：暨南大学

采购代理机构：广东志正招标有限公司

2023年5月

温馨提示：投标人投标特别注意事项

- 1、请投标人特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达的投标文件，采购人或采购代理机构恕不接收。因此，请投标人适当提前到达开标会议室。**提交投标文件开始时间为投标截止时间前半小时。**
- 2、投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议投标人仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。以银行转账方式交纳投标保证金的，必须于**投标截止时间前到达指定账户**，以到达指定账户的时间为准。因转账当天不一定能够到达指定账户，为避免因投标保证金未到达指定账户而导致投标被拒，建议**至少提前2个工作日转账**。以银行保函或《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，《银行保函》或《政府采购投标担保函》复印件（加盖公章）放入投标文件的商务部分中，原件放入“投标保证金”信封中。
- 3、**招标文件中标有“★”的条款，投标人必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。**
- 4、请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。
- 5、请仔细检查《资格声明函》、《投标函》、《开标一览表》、《详细报价表》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《实质性响应一览表》、《投标响应与招标文件差异一览表》等重要格式文件是否有按要求盖章、签字（或盖印鉴）。
- 6、建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。
- 7、分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。法律法规或者行业另有规定的除外。
- 8、**已缴纳投标保证金但决定不参加投标的潜在投标人请于投标截止时间前两个工作日以书面形式通知采购代理机构。**
- 9、**投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别**，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金缴纳、退还的时效。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

附我司地图：



目录

招标公告	6
第一部分投标须知	9
一、 总则	12
二、 关于招标文件	14
三、 关于投标人	15
四、 关于投标文件	17
五、 关于开标	20
六、 关于评标	20
七、 关于定标	23
八、 关于无效投标的认定和废标	23
九、 关于合同	24
十、 关于招标代理服务费	25
十一、 关于询问、质疑	25
十二、 关于投诉	26
第二部分拟签订的合同文本	28
第三部分招标需求	38
第四部分评标办法	55
1 评标委员会	60
2 评标方法	60
3 评标程序	60
4 推荐中标候选人名单	61
5 确定中标人	62
第五部分投标文件格式	71
第一章目录	73
第二章索引	75
2-1 资格审查自查表	75
2-2 符合性审查自查表	76
2-3 评审要素投标资料表	77
第三章资格审查文件	78
3-1 资格声明函	78
3-2 符合“供应商资格”要求的其他证明文件	81
第四章投标文件商务部分	89
4-1 投标函	89
4-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式	90
4-3 开标一览表	92
4-4 详细报价表	93
4-5 政策适用性说明	94
4-6 实质性响应一览表	95
4-7 核心产品品牌表	96
4-8 投标响应与招标文件差异一览表	97
4-9 投标人基本情况表	98
4-10 项目经理/项目负责人简历表	100
4-11 拟为本项目配置的人员情况表	101
4-12 类似项目业绩一览表	102
4-13 投标保函（已通过支票、汇票、本票、网上银行转账方式提交保证金的，无需提供投标保函）	103
4-14 政府采购投标担保函（已通过支票、汇票、本票、网上银行转账方式提交保证金的，无需提供投标担	

保函)	104	
4-15	制造商（总代理商）授权委托书（要求提交授权书时选用）	106
4-16	联合体共同投标协议书（如联合体投标，需提供）	107
	第五章投标文件技术部分	108

招标公告

项目概况

暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目的潜在投标人应在通过链接 <http://www.zztender.com/> 获取招标文件,并于 2023 年 6 月 14 日 9 点 30 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZZ0230263

项目名称: 暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目

预算金额: 288.3631 万元(人民币)

最高限价(如有): 288.3631 万元(人民币)

采购需求:

1. 标的名称: 暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购

2. 标的数量: 1 批

3. 简要技术需求或服务要求:

1) 本项目为科研仪器设备采购,采购偏光显微镜、冷热台、分析天平等设备一批,详见“招标需求”部分。

2) 本项目采购本国产品。

4. 其他: /

合同履行期限: 自合同签订起至履约结束之日止。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: **本项目属于专门面向中小企业采购的项目**。所有货物的制造商应为中小微企业。投标人应按要求出具《中小企业声明函》;属于监狱企业的,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;属于残疾人福利性单位的,提供《残疾人福利性单位声明函》。

3. 本项目的特定资格要求:

(1) 应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供以下材料:

1) 提供最新的投标人营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证)副本复印件;若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标,须取得具有法人资格的总公司的授权书,并提供总公司营业执照副本复印件;如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

2) 投标人应当具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供签署及盖章合格的资格声明函。

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供签署及盖章合格的资格声明函。

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供签署及盖章合格的资格声明函。

5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 提供签署及盖章合格的资格声明函。重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。【重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3 号文, 较大数额罚款认定为 200 万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的, 从其规定。)】

(2) ①未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(以开标当日资格审查人员在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询结果为准;处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”, 视为没有上述三类不良信用记录)。②若投标人具有分公司的, 其所属分公司有上述不良信用记录的, 视同该投标人存在不良信用记录。③若投标人为分公司的, 其所属总公司(总所)存在上述不良信用记录的, 视同该分公司存在不良信用记录。

(3) 不得参与同一采购项目竞争的供应商(提供签署及盖章合格的资格声明函)

1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的采购活动。如同时参加, 则评审时均作无效投标处理。

2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(4) 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间: 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 31 日(提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日), 每天上午 9:00 至 12:00, 下午 12:00 至 17:30(北京时间, 法定节假日除外)

地点: 通过链接 <http://www.zztender.com/>

方式: 本项目只支持线上购标, 售后不退。请于 2023 年 5 月 31 日 17:30 前登录广东志正招标有限公司官网“<https://www.zztender.com/>”进行操作, 从采购公告右侧的“我要购标”入口, 相关操作成功后即可下载采购文件。(咨询电话 020-87554018, 罗小姐)

售价(元): 300

本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023 年 6 月 14 日 9 点 30 分(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 不得少于 20 日)

地点: 广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼广东志正招标有限公司会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 招标项目的详细内容及技术参数、执行标准：详见“招标需求”部分。

2. 本项目采购本国货物。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：暨南大学

地址：广州市黄埔大道西 601 号

联系方式：顾老师 020-85220458

2. 采购代理机构信息

名称：广东志正招标有限公司

地址：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼

联系方式：罗小姐 020-87554018 85165610

3. 项目联系方式

项目联系人：李小姐

电话：020-85165610

广东志正招标有限公司

2023 年 5 月 24 日

第一部分投标须知

投标须知前附表

序号	项目	主要内容
1	项目概况	项目名称：暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目 项目编号：ZZ0230263 采购人名称：暨南大学 招标方式：公开招标 资金来源：财政性资金 ★最高限价：人民币 288.3631 万元
2	答疑会及现场踏勘	本项目不举行集中答疑会。 本项目不举行现场踏勘。
3	★投标有效期	从投标截止之日起 90 日内
4	投标保证金	★金额：人民币 28000 元整 ★提交形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函、网上银行转账等非现金形式。必须于 投标截止时间前 到达指定账户，以到达指定账户的时间为准。 投标截止时间后不再接受投标人提交的投标保证金，请各投标人合理安排时间。
		投标保证金账号 收款单位：广东志正招标有限公司； 开户银行：广州银行龙口西支行； 账号：8002 0117 7509 011； 保证金相关事宜联系人：郑小姐联系电话：020-87554268 网上银行转账的，请各投标人将投标保证金存进以上广东志正招标有限公司指定银行账户，并在提交投标文件时，提交银行电子回单加盖单位公章，同时在银行转账单据上标注项目编号：ZZ0230263。 以《银行保函》或《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，《银行保函》/《政府采购投标担保函》复印件（加盖公章）放入投标文件的商务部分中，原件放入“投标保证金”信封中。
5	投标提交材料	投标文件正本壹份和电子投标文件（光盘或者 U 盘）壹份，电子投标文件须带签章且与纸质投标文件一致，建议提供纸质投标文件的 PDF 扫描版本，投标文件正本与电子投标文件一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“正本”等字样。
		投标文件副本伍份一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“副本”等字样
		投标保证金银行电子回单复印件（《银行保函》或《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，（如采用以上两种方式，需提供以上保函原件）一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“投标保证金”等字样
6	开标	时间：公告中载明的投标截止时间 地点：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼广东志正招标有限公司会议室 投标人由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证明原件参加开标仪式。投标人法定代表人或其授权代表未参加开标的，视同认可开标结果。

7	演示与述标	无。
8	样品	无。
9	评标委员会组成	全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5名成员组成。
10	评审方法	综合评分法。
11	评标步骤	项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。
12	中标候选人推荐	评标委员会结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。 综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。
		关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标： 使用综合评分法的采购项目，任意一种核心产品品牌相同通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）； 综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。
13	招标代理服务费	中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以项目中标金额作为招标代理服务费的计算基数； （2）招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准下浮20%计取： 100万元以下的部分，按照1.5%计取； 100-500万元的部分，按照1.1%计取；
		收款单位：广东志正招标有限公司 开户银行：中国光大银行广州分行 银行账号：083861120100304174807（交纳招标代理服务费账号，非保证金专用账户） 注明项目编号。
14	关于投标人信用信息	采购代理机构在开标当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（处罚期限届满的除外，如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录）

		<p>若投标人具有分公司的，其所属分公司有上述不良信用记录的，视同该投标人存在不良信用记录。</p> <p>若投标人为分公司的，其所属总公司（总所）存在上述不良信用记录的，视同该分公司存在不良信用记录。</p> <p>采购代理机构将信用信息查询记录和证据打印留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。</p>
15	★其他	本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。否则评标委员会将对其投标按无效处理。
16	便利化措施（本招标文件其他条款与本条不一致的，以本条为准）	<p>投标文件的递交与开标</p> <p>1. 各投标供应商可以通过“中国邮政”、“EMS”、“顺丰快递”等快递方式，按照采购文件要求在规定的投标截止时间前将《投标文件》及相关样品（如有）送达到开标地点，快递单上应清晰写明如下信息：</p> <p>1) 收件地址：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼</p> <p>2) 收件人：李小姐 020-85165610</p> <p>3) 注明采购项目编号</p> <p>如需现场安装或调试的样品，不接受邮寄送达的方式。需现场陈述的项目，请供应商派代表参与。</p> <p>2. 通过快递方式递交《投标文件》及相关样品（如有）的，递交时间为送达我司由我司前台人员签收的时间，请投标供应商预留邮寄所需的时间。建议投标供应商在邮递之后，主动在投标截止时间前及时与我司联系，核实投标文件是否在规定的时间内送达。</p> <p>3. 通过快递方式递交《投标文件》及相关样品（如有）的，寄错地址、逾期送达、未按照采购文件要求密封或者邮寄过程导致包装密封出现破损的，我司将拒绝接收，由投标供应商自行承担相应责任与后果，我司不承担责任。</p> <p>4. 投标供应商未参加现场开标的，视同认可开标结果。</p> <p>采购合同送达</p> <p>1) 收件地址：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼</p> <p>2) 收件人：广东志正招标有限公司前台</p> <p>3) 注明采购项目编号</p>

投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。

一、 总则

1 适用范围

- 1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定制定本须知。
- 1.2 本项目的采购人、采购代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

1 概念释义

- 1.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见投标须知前附表第1项。在招标阶段称为采购人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称采购人为用户、买方、甲方、招标人或业主。
- 1.2 采购代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-广东志正招标有限公司。
- 1.3 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.4 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人
- 1.5 中标人：指经合法招投标程序评选出来并经确定授予合同的投标人。
- 1.6 日期：指公历日。
- 1.7 时间：指北京时间。

2 合格的货物和服务

- 2.1 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。
- 2.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。
- 2.3 政府采购若需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。
- 2.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3 招投标活动应遵循的原则

- 3.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
- 3.2 坚持价格合理、质量优先、服务优质原则；
- 3.3 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

4 关于最高限价及资金来源

- 4.1 本项目最高限价, 详见投标须知前附表第1项；
- 4.2 本项目资金来源, 详见投标须知前附表第1项。

5 关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下无

义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

6 关于政府采购信用担保

投标人可以以投标担保函的形式缴纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。
投标人可以以履约担保函的形式缴纳履约保证金。

7 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人获取招标文件时提供的为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在 24 小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在投标人提供有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

8 关于知识产权

- 8.1 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
- 8.2 如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的被侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

9 禁止事项

- 9.1 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
- 9.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
- 9.3 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。
- 9.4 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
- 9.5 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

10 保密事项

- 10.1 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
- 10.2 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。
- 10.3 评标工作在评标委员会内独立封闭进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对采购人的授标决定进行影响，都可能导致

其投标无效。

- 10.4 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若采购人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。
- 10.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，若采购人有要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
- 10.6 因投标需要，向投标人提供的项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料不得透露的，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，否则采购人将保留采取相应法律措施的权利。
- 10.7 投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
- 10.8 采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。
- 10.9 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

11 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广东志正招标有限公司”所有。

二、 关于招标文件

1 招标文件的组成

- 1.1 招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目，由下列部分组成：
 - 投标邀请；
 - 投标须知；
 - 拟签订的合同文本；
 - 招标需求；
 - 评标办法；
 - 投标文件格式；
 - 招投标过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。
- 1.2 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料和内容，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的风险和

后果由投标人负责。

- 1.3 本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

2 招标文件的答疑会及现场考察

详见投标须知前附表第 2 项。

3 招标文件的澄清或者修改

- 3.1 在投标截止时间 15 日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在相关媒体发布该澄清（更正/变更）公告，并书面通知已购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到该澄清（更正/变更）公告文件后应立即以传真或邮件的形式回传采购代理机构予以确认。如在 24 小时内无书面回复则被视为同意该澄清或者修改。该澄清或者修改内容将作为招标文件的有效组成部分。
- 3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、 关于投标人

1 对投标人的要求

- 1.1 对投标人的资格要求：详见投标邀请中的“供应商资格”部分。
- 1.2 投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

2 对于联合投标的规定

除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

- 2.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。投标邀请对组成联合体的家数另有要求的，按投标邀请执行。
- 2.2 采购人根据采购项目的特殊性规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。
- 2.3 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 2.4 以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。
- 2.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加活动的，采

购人或者采购代理机构对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 2.6 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 2.7 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。
- 2.8 若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

3 对中型、小型、微型企业的说明

- 3.1 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
- 3.2 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 6%—10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
货物采购需符合下列条件：供应商提供的全部货物由小微企业制造（即全部货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）。投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，不享受小微企业价格评审优惠政策。
服务采购需符合下列条件：服务由小微企业承接（即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。）
- 3.3 中小微企业投标应提供《中小企业声明函》。
- 3.4 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
- 3.5 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
- 3.6 依据上述规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4 关于节能产品、环境标志产品

国家行业主管部门对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

5 关于分公司投标

- 5.1 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人的人员或业绩进行评分；若招标文件另有详细规定的遵从其规定。
- 5.2 总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权授权书进行投标。
- 5.3 法律法规或者行业另有规定的，法人的分支机构参与投标不受前两款约束。

6 不得参与同一采购项目竞争的供应商

- 6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。
- 6.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、 关于投标文件

1 投标文件的编写原则

- 1.1 投标语言：投标人和采购代理机构与投标有关的所有文件和来往函电，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料 and 已印刷的文献可以用其他语言，但相应内容须附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。
- 1.2 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。
- 1.3 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。
- 1.4 投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。
- 1.5 本项目概不接受电报、电话、电子邮件或传真形式的投标文件。

2 投标文件编制要求

- 2.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。
- 2.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的

后果和责任由投标人承担。若项目含有多个包组，且投标人对多个包组进行投标的，建议其投标文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。

- 2.3 除投标须知前附表第 15 项另有规定外，本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价。采购代理机构不接受有任何选择或具有附加条件的报价。
- 2.4 投标文件需按照招标文件规定的目录顺序，统一排序编码装订。

3 投标报价说明

- 3.1 投标人应以人民币报价。
- 3.2 投标人应按招标文件要求填写详细报价表。
- 3.3 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
- 3.4 投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费。如果投标人在中标并签署合同后，在实施过程中有任何遗漏，均由中标人提供，费用含在投标报价中，买方将不再支付任何费用。

4 投标文件的组成和格式

投标文件应包括商务文件和技术文件，编排顺序参见投标文件格式。商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有履行能力的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务文件部分、技术文件部分。

5 投标文件的式样和签署

- 5.1 投标文件正本用 A4 规格（特殊规格的图纸除外）纸打印。**投标文件要求签字或印鉴的，需由投标人法定代表人或其正式的授权代表在正本上要求的地方签字或印鉴。**投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。副本可以通过正本复印，与正本具有同等法律效力。
- 5.2 投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删，否则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签字或加盖投标人公章。

6 投标文件的密封和标记

- 6.1 投标人应按投标须知前附表第 5 项准备投标文件正本，副本和不做任何加密的电子投标文件（光盘或 U 盘，封面注明投标人名称、项目编号）。电子投标文件须带签章且与纸质投标文件一致，建议提供纸质投标文件 PDF 扫描版本。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
- 6.2 投标人应按投标须知前附表第 5 项密封和标记所有的投标文件，建议在信封或外包装上盖章并标明：

投标人名称：

投标人地址：

项目名称：

项目编号：

收件人名称：广东志正招标有限公司

在规定的投标截止时间之前不得启封

- 6.3 如因密封不严导致投标文件非人为因素过早启封的，采购代理机构概不负责，并将该文件退还给投标人。

7 投标文件的提交

- 7.1 投标人将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址在投标截止时间之前专人送至采购代理机构。
- 7.2 逾期送达或者未密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。密封有瑕疵，但不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件内容泄密的，不被认定为未密封。

8 投标文件的修改和撤回

- 8.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按招标文件对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新提交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。修改的内容应当签署并盖章，并作为投标文件的组成部分。
- 8.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标，否则采购代理机构不退还其投标保证金。
- 8.3 采购人和采购代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

9 投标有效期

投标有效期详见投标须知前附表第 3 项。中标供应商的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还；同意延期的投标人，其权利及责任相应从原截止期延至新的截止期。

10 投标保证金

- 10.1 投标保证金作为投标文件的组成部分，**应在有关单据上注明项目编号。**
- 10.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。
- 10.3 投标人须按照投标须知前附表第 4 项的规定向采购代理机构交纳投标保证金。

10.4 投标保证金退还条件

采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 10.5 在下列情况下投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人已提交投标文件，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。
- (2) 中标后，中标人无正当理由放弃中标或中标人不按招标文件要求和中标的投标文件签订合同。
- (3) 在招标期间用不正当手段影响评标结果，违反有关法律、法规的。

五、 关于开标

1 开标时间和地点

开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。开标地点为招标文件预先确定的地点。

2 开标程序

- 2.1 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。开标过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档。
- 2.2 投标人需由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证明原件参加开标仪式。若法定代表人或其授权代表未出席开标会，视为投标人认可所有开标结果。
- 2.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。
- 2.4 开标时，由全体投标人代表或者全体投标人推选的代表检查在提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况，确认无误后采购代理机构当众予以拆封。主持人宣读投标人名称、投标报价等。现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或其授权代表、相关与会代表、唱标人签字确认。各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行核对，如有异议应当场提出，否则视为无异议。在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
- 2.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
 - (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

- 3 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，采购代理机构将重新招标。
- 4 关于演示述标或样品要求，详见投标须知前附表第 7、8 项。

六、 关于评标

2 评标原则

- 2.1 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
- 2.2 评标委员会将按照规定只对通过资格、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。
- 2.3 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。
- 2.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

3 评标过程的保密性和公正性

- 3.1 从公开开标到签订采购合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- 3.2 采购人和采购代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
- 3.3 评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由采购监督管理部门依据有关法律法规进行处理。
- 3.4 评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。
- 3.5 评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。
- 3.6 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。
- 3.7 任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员的法律责任。
- 3.8 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

4 投标文件的澄清

- 4.1 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。
- 4.2 在评标期间，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会成员签字）要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，同时应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。经评标委员会认可后，并将作为投标文件的有效组成部分。
- 4.3 如需要澄清的问题较多，评标委员会可召开会议邀请投标人代表到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人代表签字确认。
- 4.4 如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正

规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

5 评标委员会

- 5.1 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第 9 项。
- 5.2 评标委员会名单在评审结果确定前保密。
- 5.3 评标委员会成员（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - (1) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
 - (2) 参与招标文件论证的；
 - (3) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
 - (4) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
 - (5) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
 - (6) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - (7) 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
- 5.4 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
- 5.5 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被视为无效投标。
- 5.6 在资格审查、符合性检查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《资格审查表》、《符合性审查表》。
- 5.7 对各投标供应商进行资格和符合性审查过程中，对初步被认定为资格、符合性审查不合格或无效投标者需实行及时告知，由评标委员会主任或采购方代表将集体意见现场及时告知投标当事人。
- 5.8 当通过资格审查、符合性检查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委单独封闭对每个投标人进行评审和比较。

6 关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标

- 6.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
- 6.2 使用综合评分法的采购项目，任意一种核心产品品牌相同通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规

规定为准。

- 6.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

七、 关于定标

1 中标候选人的推荐

- 1.1 除投标须知前附表第 11、12 项另有规定外，评标委员会结合商务部分、技术部分和价格部分的评估结果进行综合评估，编写书面的评标报告，按顺序推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，得分第二名的投标人为第二中标候选人，依此原则类推。
- 1.2 综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

2 招标结果

- 2.1 采购代理机构自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告和推荐中标意见送交采购人。采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。经采购人确认后，采购代理机构在 2 个工作日内将中标公告在投标邀请规定的媒体上进行发布。

3 中标通知书

《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对采购人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

八、 关于无效投标的认定和废标

1 投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：

- 1.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
- 1.2 投标文件中以下任一文件未按照招标文件规定要求签署，并盖章的。
- a. 投标人资格声明函
 - b. 投标函
 - c. 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书
 - d. 开标一览表
 - e. 详细报价表
 - f. 实质性响应一览表
 - g. 投标响应与招标文件差异一览表
- 1.3 投标文件有修改，但未签署或未盖章的。
- 1.4 不具备招标文件中规定的资格要求。

- 1.5 投标报价超出最高限价。
 - 1.6 不满足招标文件中标注“★”的条款。
 - 1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
 - 1.8 提供虚假材料。
 - 1.9 评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章的澄清、说明、补正或改变了采购响应文件的实质性内容。
 - 1.10 联合体的供应商未提交各方共同签署的协议。
 - 1.11 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
- 2 有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标：
- 2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 2.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
- 3.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 3.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 3.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 3.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 3.5 不同投标人的投标文件相互混装；
 - 3.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、 关于合同

1 合同的订立

- 1.1 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，派遣其授权代表携带采购代理机构发出的《中标通知书》，前往与采购人签署合同，并向采购代理机构提交一份合同原件备案。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。
- 1.2 采购人或采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2 采购合同的履行

- 2.1 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二的中标候选人确定为中标人，以此类推，或者重新组织招标。
- 2.2 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同采购合同。

- 2.3 采购合同履行中, 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与供应商签订补充合同, 但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。
- 2.4 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗力不能履行采购合同、不按采购文件要求提交履约保证金, 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情况, 不符合中标条件的, 采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同, 也可以重新开展采购活动。

3 关于分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况, 拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的, 应当在投标文件中载明分包承担主体, 分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。未载明分包承担主体及工作的, 不得分包。中标项目的主体、关键性工作不得分包。

十、 关于招标代理服务费

1 收费标准

本次招标代理服务费按投标须知前附表第 13 项规定收取。

十一、 关于询问、质疑

1 询问

1.1 投标供应商对采购活动事项(招标文件、采购过程和中标结果)有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构将作出答复。询问可以口头方式提出, 也可以书面方式提出。

1.2 如采用书面方式提出询问:

供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

供应商递交询问函时, 非法定代表人(投标人为法人时)或主要负责人(投标人为其他组织时)亲自办理的需提供授权委托书(应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项)及授权代表身份证复印件。

2 质疑

2.1 质疑期限

供应商认为招标文件的内容损害其权益的, 应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。(注: 供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的, 则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期; 否则, 以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期)

供应商认为采购过程损害其权益的, 应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

供应商认为中标或者成交结果损害其权益的, 应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工

作日内。

2.2 提交要求

以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2.3 质疑函内容

质疑函应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期（详见《附件 2：政府采购供应商质疑函范本》。如有提供相关证据的，应填写《证据目录清单》，与质疑函一并提交）。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

证据目录清单

序号	证据名称	证据来源	证明对象
1			
2			
3			
4			
5			

供应商递交质疑函时，非法定代表人（投标人为法人时）或主要负责人（投标人为其他组织时）亲自办理的，需提供授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

- 2.4 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
- 2.5 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
- 2.6 以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。
- 2.7 质疑联系方式

受理部门：广东志正招标有限公司内控部

地址：广州市天河区龙怡路 117 号银汇大厦 5 楼

电话：020-87554018

邮箱：zzzbnkb@126.com（用于接收质疑、询问）

十二、关于投诉

1 投诉形式

质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内

作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的监督管理部门提起投诉。投诉时,应以书面形式。

第二部分拟签订的合同文本

暨南大学政府采购项目

(合同模板仅供参考)

货物采购合同书

甲方：暨南大学

乙方：*****

项目名称：***** (招标项目名称+子项目名称)

采购编号：***** (请填招标项目编号+子项目编号)

合同名称：***** (请填招标项目名称+子项目名称) 合同

合同编号：***** (请填招标项目-子项目编号)

签约地点：广州市，暨南大学

根据*****采购项目(编号:*****)子包**的采购结果及采购文件、应标文件,经暨南大学(以下简称甲方)与中标人***** (以下简称乙方)双方协商一致,就甲方向乙方购买*****及相关服务事宜,签订本合同,共同遵守如下条款:

一、合同标的

1. 本合同标的为 XXXXXXXXX 一批。
2. 货名称、品牌型号、产地、数量单位、单价总价(单位:人民币)等见下表,配置清单见附件 1,技术参数详见附件 2。

序号	货物名称	制造商	型号	产地	数量	装运港	目的港	单价(¥)	总价(¥)	备注
1										免税
2										含税
合计:人民币 <u>X</u> 佰 <u>X</u> 拾 <u>X</u> 万 <u>X</u> 仟 <u>X</u> 佰 <u>X</u> 拾 <u>X</u> 元 <u>X</u> 角 <u>X</u> 分(¥****.00 元)										

二、合同金额

1. 合同总价为人民币 X 佰 X 拾 X 万 X 仟 X 佰 X 拾 X 元 X 角 X 分(¥****.00 元)。
2. 含税供货的价格为货到暨南大学校内甲方指定地点含税全包价,合同金额包含但不限于乙方设计、制造、包装、仓储、运输、保险(至货物运抵使用单位放置、拆箱、就位)、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、标配工具、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期服务、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的全部费用。
3. 本协议价格为固定不变价。甲方以人民币支付,合同执行期间产生的汇率损失由乙方承担。
4. 除本合同明确约定的费用外,甲方无需支付本合同项下任何额外费用。

三、货物质量标准

1. 乙方提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品(含零部件、配件、随机工具、技术文件等),具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,可追索查阅,进货渠道合法。
2. 货物包装必须与合同约定相符,包装外观完好、无破损,货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。
3. 实际到货的货物名称、数量、品牌、型号、规格、配置、产地等信息须与合同一致。
4. 货物性能参数及技术指标必须与采购文件要求及应标文件响应的内容相符,并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。
5. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明。
6. 因货物的质量问题发生争议,由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

四、包装

1. 货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施,符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》及《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求。

2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
4. 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
5. 包装外观应标明总包装数、包装编号、毛重、净重、尺寸、体积等相关包装信息。
6. 外包装应贴上能证明货物状态及来龙去脉的标签，至少须注明合同编号、货物名称、货物数量、发货人、始发地、承运人、运输方式、收货人、目的地等信息。
7. 外包装应附上货物清单，注明包装内货物的名称和数量。
8. 精密仪器应在外包装贴上小心轻放、防火、防雨淋、防雷、防震、防倒置等提醒注意的标志。易燃、易爆、有毒、含辐射等危险物品应贴上安全标识。
9. 进口产品在外包装上的标识语言至少应包含中文和英文两种文字。

五、运输、装卸、仓储

1. 货物装卸、运输、仓储等业务由乙方负责。
2. 装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。乙方在保证货物财产安全的同时，还须注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由乙方承担。
3. 海外运输：由乙方负责确定合适的运输方式。在充分保证货物财产安全的前提下，乙方应选择快捷高效的运输途径，尽量减少货物中转、装卸的次数。
4. 内陆运输：乙方须派人全程跟踪，不得任由承运人随意处置货物。
5. 货物抵达甲方收货地点进行卸货作业时，不得损坏甲方电梯、墙体、家具、用具等物品，如有对甲方造成财产损失的，乙方须赔偿甲方全部损失。

六、交货

1. 国产设备自合同签订之日起**天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。
2. 交货地点：暨南大学 XXXX 校区甲方指定地点。
3. 甲方收货联系人：；联系电话（手机）：；电子邮箱：。
4. 乙方送货联系人：；联系电话（手机）：；电子邮箱：。
5. 送货：
 - 1) 送货前，乙方应提前通知甲方并安排好送货及开箱的时间。
 - 2) 交货时，甲乙双方共同派员参加，。送货单上须注明合同编号、货物名称、包装数量、外包装是否完好、外包装尺寸（体积）、重量等信息。同时对交货状况拍照留存。
 - 3) 交货时，如发现货物外包装有破损、被撞击的痕迹，或货物数量不足，甲方有权拒收，按未交货处理。

- 4) 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。
- 5) 乙方应向甲方提供关于货物从始发地运送至甲方收货现场整个运输过程中所涉及到的全部运输单据。
6. 开箱清点：
- 1) 合同货物抵达甲方当天，由甲乙双方共同开箱清点货物，进口货物还需进口代理公司到场三方共同参与开箱（进口货物开箱除使用单位代表外，还需通知甲方设备管理部门派人到场开箱）。
 - 2) 如因特殊原因不能于送货当天开箱验货的，则货物在甲方地点存放期间发生的货物灭失的风险由乙方承担。
 - 3) 开箱时，双方（三方）共同检验货物表面状况，核对货物名称、品牌、型号、规格、产地等信息，清点货物及配置数量，登记产品序列号/机身号、货号信息，如实记录货物到货的情况，进口货物开箱必须填写《暨南大学免税进口物资开箱现场记录》。
 - 4) 若交货时未发现货物外包装有破损、被撞击的痕迹，或货物数量不足，但在开箱时发现存在上述情况的，甲方仍有权拒收货物。
 - 5) 乙方未派员参加开箱的，视为乙方接受甲方及进口代理公司开箱检验清点的所有结果，并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。
 - 6) 开箱时发现缺少货物的，乙方应在合同交货期内补足缺少的货物。乙方须保证补发的货物进货渠道合法，进口产品须具备原厂合格证和原产地证明以及进口海关商检部门出具的检验证明。
 - 7) 进口货物开箱时发现比合同多出的货物的，由甲方进口代理公司负责办理出境退关手续，所需费用由乙方承担。如涉及违反海关进出口相关法律法规的，一切责任由乙方负责。乙方不得带走任何货物。
 - 8) 甲方接收乙方交货及开箱清点不视为对乙方提供货物质量的认可，甲方收货后发现乙方提供的货物不符合本合同约定的质量标准，有权要求乙方更换，直至符合本合同约定的质量标准。因乙方提供的货物不符合本合同约定的质量标准给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

七、安装、调试、试运行

1. 货物到达甲方使用现场、开箱清点无误后，10日内或甲方另行要求的时间内，由乙方负责完成货物的现场安装、调试、正常启动。
2. 乙方应派专业的技术人员上门安装、调试。乙方技术人员应按照应标文件提供的技术方案和行业操作规范对货物进行安装、调试作业。乙方在甲方现场安装调试期间须遵守甲方相关管理规定，遵守甲方作息时间，避免出现噪声扰民、造成环境污染等问题，不得损坏、损毁甲方物品。如造成甲方财产损失的，责任由乙方承担。
3. 甲方为乙方的技术人员进场安装设备提供便利，如免费提供安装水电。
4. 乙方将货物安装、调试完毕，正常启动后，进入试运行阶段。
5. 货物试运行期间如出现故障，乙方应立即进行处理。如故障无法修复，应作退/换货处理。由此产生的费用由乙方承担。

八、培训

1. 货物试运行期间，乙方负责根据应标文件提供的培训方案和行业规范向甲方至少 2 名人员进行现场培训，培训内容至少包括货物现场操作使用、运行、维护、修理等相关课程，提供必需的培训资料、完整的仪器操作和维护手册等。
2. 培训费用（含人员差旅、食宿等）全部包含在合同总价中，甲方不再支付任何费用。

九、合同验收

1. 乙方完成安装、调试、培训，试运行正常后，向甲方提交书面验收通知，甲方（使用单位或货物管理部门）在收到验收通知后 30 天内组织验收。
2. 乙方应在验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以采购文件、应标文件、合同技术规格、产品技术说明、货物生产国相关标准等为准。
3. 验收未能通过的，乙方负责在 15 天内完成整改。若整改后仍未能合格的，甲方有权单方终止本协议并要求乙方退还已支付款项。因乙方整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由乙方承担相应责任。
4. 验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》，验收合格日期以最后的签字日为准。甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

十、付款

1. 全部货物安装、调试、试运行并验收合格后，乙方按国家有关财税规定向甲方开具全额完税销售发票（增值税专用发票），甲方于十个工作日内一次性支付合同货款。
2. 若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

十二、售后服务

1. 乙方就本合同货物提供**原厂免费上门全质保**，质保期*****年**，软件终身免费升级。质保期自甲乙双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。
2. 质保期内，乙方在接到甲方设备故障或问题告知后，2 小时内进行电话响应，若电话中无法解决，乙方须在 24 小时内到达甲方使用现场上门排除故障；若故障设备在检修 24 小时后仍未能解决问题，乙方须提供同品牌型号相同或更高档次的设备供甲方临时使用（大型仪器设备除外），直至故障设备完全修复，备用设备在供甲方使用期间出现故障的责任由乙方承担。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。
3. 质保期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。
4. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿

命)时,则由乙方负责免费更换及维修。

5. 如应标文件中涉及的售后服务条款与本合同有不一致的,则以应标文件为准。

十三、履约保证金

1. 乙方须于本合同签订前向甲方提交履约保证金,履约保证金金额为中标金额的 5%,即人民币 X 万 X 仟 X 佰 X 元 X 角 X 分(¥***. **元)。
2. 货物验收合格后,中标人凭经采购人使用单位盖章确认的《退还履约保证金申请函》申请退还履约保证金,采购人于收到中标人退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

3. 提交履约保证金的形式:支票、电汇或银行保函(见索即付)等非现金方式。

收款人:暨南大学

开户行:广州工行暨南大学支行

帐号: 3602015819100000858

用途:(填招标编号及包组号)履约保证金

办理地址:暨南大学行政办公楼 227 室

4. 以银行保函形式提交履约保证金的,保函有效期应长于合同履行期。原则上国内供货设备保函有效期不少于合同生效之日起半年,免税进口设备保函有效期不少于合同生效之日起一年。如遇特殊情况在有效期内不能完成履约验收的,需提前 15 天办理保函延期手续。

5. 以银行保函形式提交履约保证金的,必须在合同签订前提交保函原件。

十四、保密

1. 未经甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方,不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外,上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求,乙方在完成合同后应将这物件及全部自制件还给甲方。

十五、知识产权

1. 乙方及制造商承诺对本协议标的具有合法的知识产权,保证甲方对产品的使用不侵犯任何第三方的合法权益。如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉或其他任何形式的索赔,由乙方对甲方进行赔偿并承担一切责任。
2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十六、产权与风险转移

1. 货物的产权在货物验收合格、交付甲方使用前均归属于乙方。
2. 因货物验收不合格甲方拒收,或双方已解除合同,货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
3. 产权和风险的转移,不影响因乙方履行义务不符合约定导致甲方要求其承担违约责任的权利。

十七、保险

根据本协议关于产权与风险转移条款规定,乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此,乙方应按货物总价的 110%价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的

人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。

十八、违约责任

1. 乙方未能交付物品，则向甲方支付合同总额 5%的违约金，已收取甲方预付款的退还货款。因乙方未能交付物品给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方损失。
2. 乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，按乙方未能交付物品处置，交货期限不予顺延。
3. 甲方无正当理由拒收物品或拒付货款的，则向乙方支付合同总额 5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。
4. 乙方逾期交付物品，则每日按合同总额 3%向甲方偿付违约金，违约金总额不超过合同总金额的 5%。逾期交付超过 15 天，甲方有权终止合同，按乙方未能交付物品处置，乙方向甲方支付合同总额 5%的违约金。
5. 甲方无正当理由逾期付款，则每日按合同总额 3%向乙方偿付违约金。违约金总额不超过合同总金额的 5%。逾期付款超过 15 天，乙方有权终止合同，甲方向乙方支付合同总额 5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。若属于财政拨款等非因甲方原因导致付款延迟或出现其他不符合约定的情形，甲方不承担任何责任。

十九、争端的解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可以向广州仲裁委员会申请仲裁裁决。
2. 在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

二十、合同解除和终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

二十一、其它

1. 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。
2. 本项目**采购文件、应标文件、中标通知书及本合同之附件等**均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同相关文件的解释顺序如下：1) 合同书（协议书）及其附件；2) 中标通知书；3) 应标文件；4) 采购文件；5) 其它相关文件。
3. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
4. 本合同一式八份，甲方六份，乙方两份。
5. 合同经双方授权代表签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。
6. 本合同合计 **XX**页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。
7. 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

8. 由于不能预见、不能避免和不能克服的客观的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。
9. 未详尽之处双方协商解决。

(以下无正文)

甲方：暨南大学

乙方：*****

甲方使用单位：

代表人：

代表人：

日期：年月日日期：年月日

地址：广州市黄埔大道西 601 号

地址：*****

电话：自动读取

电话：*****

联系人：自动读取联系人：*****

手机号：自动读取手机号：*****

附件 1：配置清单

免税进口部分

序号	货物名称	配置名称	品牌/制造商(国籍)	规格型号	原产地	数量/单位	单价(¥)	总价(¥)	关境内/关境外供货

境内含税供货部分

序号	设备名称	配置名称	品牌/制造商	型号规格	产地	数量/单位	单价(¥)	总价(¥)

附件 2：技术参数（合同书中其他部分与本附件不一致的以本附件为准）

序号	货物名称	技术参数
1		
2		
3		
4		

附件 3：中标通知书

附件 4：履约保证金转账凭证（以保函形式提交保证金的，须同时提交保函原件）

第三部分招标需求

投标说明

- 1、投标人须对本项目采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的或服务内容进行的响应都被视为无效投标。
- 2、用户需求书中以“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离将导致无效投标。
- 3、用户需求书中以“▲”标明的条款为重要技术参数或服务要求，如不满足将会导致评审的严重扣分，但不作为无效投标条款

一、 采购项目概述

序号	内容	说明和要求
1	采购项目名称	暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目
2	采购内容	详见“采购货物清单”
3	采购数量	详见“采购货物清单”
4	项目预算（最高限价）	子包一：人民币（288.3631）万元
5	项目预算说明	<p>1) 本项目各子包的预算均为包干价，包括且不限于全部货物及零配件的设计、生产、制造、包装、仓储、运输、装卸、搬运、安装、调试、试运行、检验、验收、质保期服务、技术支持以及项目实施过程中应预见和不可预见的全部内容。</p> <p>2) 采购人根据价格测算情况，设定了本项目各子包的最高限价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评标委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。建议报价较低的投标人提前准备设备材料等原始发票、人工、税费等相关证明材料以备评标委员会查核。</p>
6	是否为科研仪器设备	是
7	是否接受进口产品投标	否
8	是否专门面向中小企业采购	是

9	落实政府采购政策需满足的要求	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
10	交货及项目履约时间	合同签订后（30）天内完成交货及安装调试达验收合格标准；
11	交货及项目履约地点	暨南大学（番禺）校区校内用户指定地点。
12	本项目的核心产品	详见“采购货物清单” （根据相关规定提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）
13	投标人注意事项（一）	<p>1) 投标人必须对子包内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。</p> <p>2) 投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。</p> <p>3) 投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同（含外贸合同）和供货等后续环节均不得再作任何修改。</p> <p>4) 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。</p> <p>5) 投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明。</p> <p>6) 招标文件用户需求书中，凡标有“★”的地方均被视为实质性条款。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。标注有“▲”号参数为重要条款，如不满足将导致严重扣分。</p> <p>7) 本招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标、示例图或品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了则默认添加“或相当于”字样，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。若其标准在需求书中没有规定，投标人应说明所用的标准。如果实际使用的标准有不同，必须对用于替代的标准、规范与本招标文件选用标准、规范之间的明显差异点作出说明，并提交推荐标准或实施规范的中文版。</p> <p>8) 本项目（各子包均）只确定1名中标人</p>
14	★投标报价要求	<p>1) 投标人报价不得高于所投子包项目预算，否则投标将被拒绝；</p> <p>2) 投标人须报完成所投项目子包内所有内容的含税全包价；</p>

	<p>3) 投标人必须以人民币报价;</p> <p>4) 报价内容至少包含且不限于货物及零配件的出厂价、运至合同指定地点的运输费(包含装卸车费、辅助和配套工具材料等伴随货物交运的有关费用)、人工费、机械费、工具费、试验检测费、包装费、安装费(包括安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等)、水电费(含临电)、调试费、培训费、保险费、缺陷修复费、维修费、保养费、人员差旅费、食宿费、咨询费、综合管理费、技术资料费、政府采购代理服务费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用,采购人不再额外支付其它任何费用。</p>
--	--

二、采购货物清单

序号	设备名称	数量/单位	核心产品(打√)
1	恒温培养箱	1.00/台	
2	可见分光光度计	4.00/台	
3	恒温水浴锅	3.00/台	
4	真空干燥箱	1.00/台	
5	磁力搅拌加热套	25.00/套	
6	电脑控制干燥箱	1.00/台	
7	材料相变分析仪	1.00/台	
8	分析天平 1	2.00/台	
9	布洛维硬度计	2.00/台	
10	金相显微镜	2.00/台	
11	金相切割机	1.00/台	
12	偏光显微镜	1.00/台	
13	冷热台	1.00/台	
14	电热鼓风干燥箱	1.00/台	
15	分析天平 2	2.00/台	
16	分析天平 3	35.00/台	√
17	离心泵性能测定实验装置	2.00/台	
18	能量转换实验装置	2.00/台	
19	洞道式干燥器实验装置	1.00/台	
20	雷诺实验装置	1.00/台	
21	电子天平	20.00/台	
22	磁力加热搅拌	4.00/台	
23	低速离心机	16.00/台	
24	恒温电热水浴锅	36.00/台	
25	磁天平	2.00/台	
26	高压汞灯	4.00/台	
27	分光光度计	2.00/台	

28	氮气控制及输送系统	1.00/台	
29	磁力搅拌器	54.00/台	√
30	循环水泵	5.00/台	
31	旋转蒸发器	6.00/台	
32	三用紫外分析仪	25.00/台	
33	隔膜真空泵	2.00/台	
34	平行合成仪	1.00/台	
35	质量流量控制器&流量计	3.00/台	
36	金属相图实验装置（含软件）	15.00/台	
37	高聚物摩尔质量测定装置（粘度法）	14.00/台	
38	电热鼓风干燥箱	3.00/台	
39	顶置式机械搅拌器	15.00/台	√

三、主要技术要求

（重要声明：标注★的技术条款代表最关键技术指标，不满足该项指标将导致投标被拒绝；标注▲的技术条款代表重要技术指标，不满足该项指标的投标将导致在评审中被严重扣分，但不作为投标无效条款；无上述标识的技术条款则表示为一般技术指标项，不满足该指标项的投标将按评分标准中约定的分值进行扣分。）

（一）各项设备的主要技术要求

序号	设备名称	技术参数与性能指标要求
1	恒温培养箱	技术指标 1. 容积：≥120L 2. 温度范围：+5℃ - 80℃ 3. 温度分辨率：0.1℃ 4. 温度波动度：±0.3℃ 4. 温度均匀性：±0.6℃（37℃时） 5. 温度显示：LCD 显示 6. 空气对流方式：机械对流
2	可见分光光度计	1. 液晶显示器（LCD）显示透射比、吸光度和浓度测试参数； 2. 数据处理精度不低于万分之一，实现无误差 T/A 数据转换； 3. 全波长自动滤光片切换，无需手工操作； 4. 85-264VAC 自适应宽电压输入开关式电源（SMPS），保证仪器在任何电源环境下都能正常工作。 5. 光学系统：自准式（Littrow 型）光路，光谱带宽：≤5nm， 波长范围：325-1000nm 6. 可实现参数自动调零、自动调满度，操作简易

3	恒温水浴锅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 双列六孔, 2. 控温方式, 微电脑, 升温时间: ≤ 30 分钟 3. 温度范围: $+5\sim 99.9^{\circ}\text{C}$; 控温精度: $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
4	真空干燥箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电源电压: 220V 50Hz 2. 输入功率$\geq 450\text{W}$ 3. 控温范围: $\text{RT}+10\sim 250^{\circ}\text{C}$ 4. 温度分辨率: 0.1°C 5. 恒温波动度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 6. 达到真空度: $< 133\text{Pa}$ 7. 工作环境温度: $+5\sim 40^{\circ}\text{C}$ 8. 工作室材料: 镜面不锈钢内胆 (1Gr18Ni9Ti) 9. 定时范围: 1-9999 minutes
5	磁力搅拌加热套	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电源: 220V, 50Hz 2. 调速范围: 0-2000 转/分, 无极调速, 数字显示转速 3. 电机功率: 电机$\geq 8\text{W}$, DC$\geq 14\text{V}$ 4. 加热功率: $\geq 530\text{W}$ 5. 控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 内、外传感器 自整定功能 6. 加热温度: 表面温度最高 380°C 7. 沸腾 1000ml 水: ≤ 12 分钟 8. 炉丝: Cr20Ni80 9. 绝缘层: 无碱玻璃纤维, 可耐温≥ 450 度 10. 绝缘系数: 相对湿度$\leq 35\%$时≥ 500 兆 11. 保温层: 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 12. 搅拌容量: $\geq 1000\text{ml}$ 13. 工作时间: 连续工作不低于 24 小时
6	电脑控制干燥箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电源电压: AC220V 50HZ 2. 控温范围: $\text{RT}+10\sim 250^{\circ}\text{C}$ 3. 恒温波动度: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 4. 温度分辨率: 0.1°C 5. 温度均匀度: $\pm 3\%$ (测试点为 100°C) 6. 工作环境温度: $+5\sim 40^{\circ}\text{C}$ 7. 输入功率: $\geq 2050\text{W}$ 8. 容积: $\geq 136\text{L}$ 9. 载物托架 (标配): 2 块 10. 定时范围: 1~5999min

7	材料相变分析仪	<p>★1. 最高炉温：1150℃-1250℃，冷却曲线最高温度：950℃-1050℃，精度：小于±1℃；</p> <p>2. 升温速度：最高 1-10℃/min，可实现快速升温，</p> <p>3. 电源电压：220V±10%，50HZ</p> <p>4. 最大功耗≤5KW，配接电阻炉加热。；</p> <p>5. 膨胀值测量范围及误差：0--5 mm±0.1%FS；</p> <p>6. 膨胀值指示方式：数字显示；</p> <p>7. 膨胀值测量分辨率：1um；</p> <p>▲8. 含真空装置：可控气氛真空度默认为-0.1Mpa，（也可按用户要求定做价格另算）</p> <p>9. 可实现膨胀系数测试，材料相变温度测试，可实现连续冷却曲线测试</p> <p>10. 试样管为：石英；</p> <p>▲11. 冷却速率：≥ 30℃/秒，</p> <p>12. CCT 曲线分析预测测试，临界温度及连续冷却曲线测试分析。</p> <p>13. 全自动分析软件（中文操作界面）</p>
8	分析天平 1	<p>技术参数：</p> <p>▲1. 可读性：0.1mg，最大称量值≥220g，重复性：≤0.1mg；</p> <p>2. 秤盘尺寸≥90mm，秤盘上方防风罩有效高度≥234 mm，最小称量值（U=1%，k=2）≤0.016g；</p> <p>3. 稳定时间：≥2s，灵敏度温度漂移：≤2 ppm/°C，线性误差：≤0.06 mg；</p> <p>4. 坚固的金属机架，完全可拆卸的五面玻璃防风罩、秤盘及支架，便于清洁；</p> <p>▲5. ≥10 种应用程序：包括动态称量、统计称量、密度应用程序等；</p> <p>6. 内置下挂钩称量方式</p> <p>7. 具有 RS232 接口，无需软件即可完成数据传输；</p> <p>8. 通过内置时间与日期功能，能追踪数据，符合 ISO/GLP 文档要求；</p> <p>9. 校准方式：外部校准</p> <p>配置：</p> <p>1. 电子天平主机 1 台；</p> <p>2. 防风罩 1 套；</p> <p>3. 带有支架的秤盘Φ90 1 个；</p> <p>4. 防风圈 1 个；</p> <p>5. 塑料保护罩 1 套；</p>

9	布洛维硬度计	<ol style="list-style-type: none"> 1. 洛氏试验力: 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) ▲2. 布氏试验力: 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) 3. 维氏试验力: 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) 4. 压头规格: 金刚石洛氏压头, 金刚石维氏压头, ϕ 1.588mm、ϕ 2.5mm、ϕ 5mm 球压头 5. 硬度读取: 洛氏: 表盘读取, 布氏、维氏: 查表获取 6. 显微镜放大倍数: 布氏: 37.5\times, 维氏: 75\times 7. 测微目镜最小度值: 布氏: 4μm, 维氏: 2μm 8. 硬度值分辨率: 洛氏: 0.5HR, 布氏、维氏: 查表 9. 保荷时间: 2~60s 10. 试样最大高度: 洛氏: 185mm, 布氏: 100mm, 维氏: 115mm 11. 压头中心至机壁距离: 165mm 12. 电源: AC220V, 50Hz 13. 执行标准: ISO 6508, ASTM E18, JIS Z2245, GB/T 230.2; ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, 14. GB/T 231.2; ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2
10	金相显微镜	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光学系统有限远, 具有防霉处理。 2. 目镜平场 \geq10 倍 (18MM), 物镜金相平场无盖玻物镜: 10 倍 20 倍 40 倍 100 倍 (油镜)。 3. 放大倍数: 100 倍至 1600 倍。 ▲4. 目镜筒棱镜式三目头, 双瞳间距 53-75mm 可调节, 30° 倾斜, 可 360 度旋转。 5. 调焦机构: 齿轮齿条机构的粗微动同轴调焦装置, 带锁紧和限位装置, 精度 \leq0.002mm。 6. 转换器: 4 孔转换器 (内向式滚珠内定位)。 7. 载物台: 机械移动载物台, 外形尺寸: 不小于 180mmX150mm, 移动范围 15mmX15mm, ϕ10 和 ϕ20mm 孔的工作台盘各带一块。 ▲8. 照明系统: 内置调光 6V/20W 卤素灯的柯拉照明系统, 带蓝, 绿, 黄和磨砂滤色片各一块。 9. 摄像装置: USB 2.0, \geq500 万像素。 10. 测量软件: 摄像装置自带测量软件。 11. 数据处理站, 不低于 i5 或以上处理器; 显存容量独立 \geq2GB; 内存容量 \geq8GB, 速度 DDR4; 128GB PCIe SSD + 1.0TB 7200RPM 机械硬盘; 显示器尺寸 \geq27 英寸。含 WIN10 正版操作系统。1 套。

11	金相切割机	<p>1. 外壳采用不锈钢材料 ▲2. 主轴转速≥ 2800 转 / 分 3. 砂轮片直径≥ 250mm 4. 最大切割通过直径≥ 60mm ▲5. 铝合金电机。 6. 输入功率≥ 2.4kW 7. 切割功率≥ 2.2kW 8. 重量≥ 80Kg 配置： 1、切割机主机 1 台 2、砂轮切割片 1 片 3、常规夹具 1 套 4、冷却液 1 瓶</p>
12	偏光显微镜	<p>一、显微镜部分 1. 透射光照明部分 1. 1. 研究级专业偏光显微镜，执行国际品控标准，显微镜产品具备 ISO 9001、ISO 13485:2003 认证； 1. 2. 研究级专业偏光显微镜机身架，提供 LED 照明； ★1. 3. 配备透射光专业偏光两种特定观察方法，正交镜检及锥光镜检功能，可移入移出光路的，可对中的伯特兰透镜（Bertrand lens）. 落射光（反射光）光路同样具备专业偏光观察性能； 1. 4. 瞳孔距可调 48-75mm 的宽视野三目观察筒，双目用于观察，第三目连接专业数码成像系统，同时配备 10 倍放大双目镜，其中一个目镜内置垂直十字准线，可增加选配 16 倍目镜，20 倍目镜； 1. 5. 专业偏光用圆形载物台，360° 可旋转，标示刻度，每一度一个刻度单位，附带弹簧型标本固定夹。同时增配有可左右前后移动标本的机械式方形载物台； 1. 6. 专业偏光用起偏镜，检偏镜。可调中的检偏镜，每 90° 即有标识的起偏镜，伯特兰透镜可调对中； 1. 7. 同时配备专业偏光观察所需，对于样品定性具有相当意义的分别为全波长（λ，定义样品的光学正负符号补偿器）补偿器，$\frac{1}{4}$波长（$\frac{1}{4} \lambda$，直偏光转圆偏光互换器及塞拿蒙测量辅助）补偿器，以及石英楔（Quartz Wedge, 半定量补偿器）补偿器； 1. 8. 专业偏光用可对中物镜转盘，上面安装有平场消色差无应力专业偏光物镜 10X/20X/40X/100X 各一个，数值孔径 NA 值分别为：0.25/0.45/0.65/1.25；另外配备超长工作距离无盖玻片物镜（ML 物镜）两个，20X, 50X，数值孔径及工作距离分别为：NA 0.40/W D 11.1mm，NA 0.55/W D 8.2mm； 1. 9. 专业偏光用无应力可对中偏光聚光镜； 1. 10. 精密测量用校正台尺； 1. 11. 显微镜防尘罩及使用说明书； 2. 落射光照明部分 2. 1. 安装于机架上的高功率落射光照明器 LED 照明光源，照明控制主机独立于显微镜主机架，方便客户控制及使用显微镜调焦及转换标本操作； ▲2. 2. 专业偏光用落射光照明器，光路中设有落射光偏光起偏镜及检偏镜，视场光阑和孔径光阑； 二、高分辨率高速数码成像系统 ★1. 1. 为保证系统一体化和协调性，需配置与显微镜同一品牌的高分辨率高速数码成像系统； 1. 2. 高分辨率高速 CMOS 成像数码图像采集系统，HDMI 高速预览分辨率：速度：60 幅/秒；。静态成像下分辨率 3264X1840，580 万像素；具备优良的色彩还原性及快速成像（包括 1080 高清录像）特点；</p>

- | | |
|--|---|
| | <p>1.3. 无线操控的专业显微数码成像系统，曝光时间：0.001 秒-10 秒，白平衡设定；</p> <p>1.4. 超强的单机测量功能，数码相机内置处理器，可在没有电脑工作站的特殊情况下进行图像采集，储存，测量与分析；</p> <p>1.5. 不低于 11 英寸高清显示屏，安装与成像相机前端，方便客户实时观察显微镜下图像，</p> <p>1.6. 图文分析处理软件</p> <p>二、配置清单：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、研究级专业偏光显微镜镜体 2、宽视野 10 倍目镜 3、宽视野 10 倍目镜，可调焦，内置固定水平垂直矩形交叉线标尺 4、SF 系列无应力(DIN)平场消色差 10X 专业偏光物镜 5、SF 系列无应力(DIN)平场消色差 20X 专业偏光物镜 6、SF 系列无应力(DIN)平场消色差 40X 专业偏光物镜 7、SF 系列无应力(DIN)平场消色差 100X 专业偏光物镜 8、长工作距离无盖玻片 ML 系列 20X 物镜 9、长工作距离无盖玻片 ML 系列 50X 物镜 10、配置于专业偏光旋转载物台上的可左右前后移动标本的机械式载物台 11、专业偏光用 1/4 波长补偿板 12、专业偏光用石英楔补偿板 13、专业偏光用全波长补偿板 14、LED 照明电路板，包括透射光和落射光照明 15、专业偏光观察用反射光（落射光）偏光照明装置 16、尼龙防尘罩及清洁软布 17、原厂视频适配器，0.5X 18、智能型显微成像系统 19、显微成像图文分析处理系统软件 20、不低于 11 英寸视网膜级别高清显示屏 21、显微镜成像专用数据图文分析处理工作站（数据处理器）：相当于或不低于 i7/8G /1T /2G 独显 win10，不低于 27 英寸高清显示器 |
|--|---|

13	冷热台	<p>一、温控器： ▲1. 温度范围：-196 到 600℃； 2. 控温精度 300℃内<±0.03℃，全程<±0.1℃； 3. 温度准确度 ≤1℃； 4. 温度传感器:铂电阻； 5. 最大升温速率:100℃/min，最大冷却速率：50℃/min； 6. 温控器配上位机软件用于温控操作，可提供软件订制服务； ▲7. 软件需兼容 CCD 相机图像采集，源表数据采集，和光纤光谱仪数据采集和保存功能，温控软件具备时间和温度数据导出功能。</p> <p>二、液氮系统： 1. 最大降温速率，-25℃/min，可控， 2. 液氮罐容积：4L，标配， 3. 液氮消耗量 1.5L/h，含液氮泵、液氮罐和相应管路；</p> <p>三、变温腔（银质材料）： 1. 变温腔尺寸：≤145*100*24mm； 2. 光孔直径 2mm； 3. 最小物镜工作距离 ≤4.5mm； 4. 最小聚光镜工作距离 ≤11mm； 5. XY 轴移动距离 ≥±6mm； 6. 气氛/真空接口：KF16；</p> <p>四、水冷系统：一体式水循环机，冷却变温腔外壳，体积≤210*190*70mm，水泵、水箱、散热和温度显示一体机；</p> <p>五、数据处理器：不低于 14 英寸，i7/16G/512 固态/2G 独显/W11H</p>
14	电热鼓风干燥箱	<p>电源电压：AC 220V50Hz 控温范围：RT+10~200℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃(100℃) 均匀度：±3%（测试点为 100℃） 工作环境温度：+5~40℃ 输入功率：≥1550W 容积：≥80L 载物托架：2 块 定时范围：0~9999 分钟</p>

15	分析天平 2	<p>技术参数:</p> <p>▲1、可读性: 0.1mg, 最大称量值≥220g, 重复性: ≤0.1mg;</p> <p>★2、秤盘尺寸≥90mm, 秤盘上方防风罩有效高度≥234 mm, 最小称量值 (U=1 %, k=2) ≤0.016g;</p> <p>3、稳定时间: ≥2s, 灵敏度温度漂移≤2 ppm/° C, 线性误差≤0.06 mg;</p> <p>4、坚固的金属机架, 完全可拆卸的五面玻璃防风罩、秤盘及支架, 便于清洁;</p> <p>▲5、≥10 种应用程序: 包括动态称量、统计称量、密度应用程序等;</p> <p>6、内置的下挂钩称量设计, 可满足特殊称量应用需求;</p> <p>7、具有 RS232 接口, 无需软件即可完成数据传输;</p> <p>8、通过内置的时间与日期功能, 能追踪数据, 符合 ISO/GLP 文档要求;</p> <p>▲9、校准方式: 内部校准</p> <p>10、提供原厂校准服务, 提供原厂的 CNAS 实验室认可证书</p> <p>配置:</p> <p>1. 电子天平主机 1 台;</p> <p>2. 防风罩 1 套;</p> <p>3. 带有支架的秤盘Φ90 1 个;</p> <p>4. 防风圈 1 个;</p> <p>5. 塑料保护罩 1 套.</p>
16	分析天平 3	<p>1、可读性: 0.1mg, 最大称量值≥120g, 重复性: ≤0.1mg;</p> <p>★2、秤盘尺寸≥90mm, 秤盘上方防风罩有效高度≥234 mm, 最小称量值 (U=1 %, k=2) ≤0.016g;</p> <p>3、稳定时间≥2s, 灵敏度温度漂移≤2 ppm/° C, 线性误差≤0.06 mg;</p> <p>4、坚固的金属机架, 完全可拆卸的五面玻璃防风罩、秤盘及支架, 便于清洁;</p> <p>▲5、≥10 种应用程序: 包括动态称量、统计称量、密度应用程序等;</p> <p>6、内置的下挂钩称量设计, 可满足特殊称量应用需求;</p> <p>7、具有 RS232 接口, 无需软件即可完成数据传输;</p> <p>8、通过内置的时间与日期功能, 能追踪数据, 符合 ISO/GLP 文档要求;</p> <p>9、▲提供原厂校准服务, 提供原厂的 CNAS 实验室认可证书。</p> <p>配置:</p> <p>1. 电子天平主机 1 台;</p> <p>2. 防风罩 1 套;</p> <p>3. 带有支架的秤盘Φ90 1 个;</p> <p>4. 防风圈 1 个;</p> <p>5. 塑料保护罩 1 套</p>
17	离心泵性能测定实验装置	<p>1. 液体流量: 0~8.5m³/h。</p> <p>2. 离心泵出口压力: 0-0.2MPa</p> <p>3. 离心泵泵的扬程(H): 0-20m</p> <p>4. 离心泵轴功率(N): ≥0.43KW</p> <p>5. 离心泵效率(η): 0-60%</p> <p>6. 离心泵转速: 0-2900转/分</p> <p>7. 液体温度: 常温。</p> <p>公用设施</p> <p>1. 水: 装置自带不锈钢水箱, 连接自来水。实验时经离心泵进入测试管路, 循环使用。</p> <p>2. 电: 电压AC380V, 功率1.0KW, 标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。</p> <p>3. 实验物料: 清洁自来水。外配设备(用户自备): 无。</p> <p>▲需具备离心泵综合性能测定实验3D虚拟仿真操作视频, 提供可选择的不同型号离心泵, 用于测量特性曲线实验内容的功能截图作为证明材料。</p>

18	能量转换实验装置	<p>压力范围：10~200mmH₂O。液体流量：100~600L/h；常温、常压操作。 公用设施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水：装置自带不锈钢水槽，实验时经离心泵进入实验导管并循环使用。 2. 电：电压 AC380V，功率 1KW，标准三相五线制。 3. 实验物料：清洁自来水 <p>利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象。</p>
19	隧道式干燥器实验装置	<p>设计参数 空气流量：≥40 m³/h、干球温度：≥70℃、常压操作 干燥面积 S：≥0.02m² 干燥速率 U：≥0.5X10⁻⁴[kg/(s·m²)]</p> <p>▲提供三维组态虚拟仿真平台演示： (1) 在空场景中导入 fbx 格式的三维模型。 (2) 编辑模块的属性，增加和删除变量；编辑模块的输入输出，增加输入端口和输出端口。 (3) 编写模块的运算逻辑，即运行期函数。</p> <p>利用软件现有模型库搭建一个简单的工艺，工艺中需包含罐体，泵，换热器，钢架。</p> <p>▲搭建完工艺可进行仿真运行，改变参数能得到不同的仿真结果。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水：装置自带湿球温度加水瓶，实验前加入 200mL 水。 2. 电：电压 AC380V，功率 3.0KW，标准三相五线制。每个实验室需配置 1~2 个接地点（安全地及信号地）。 3. 气：空气来自风机，经加热器加热进入隧道干燥箱（自带气源）
20	雷诺实验装置	<p>对象部分：不锈钢材质框架； 测量部分：压力测量集成于对象之上； 水：装置需自来水，自带和自来水管相连的接口。自来水直接进入水槽循环使用。 电：电压 AC220V，功率 0.05kW； 每个实验室需配置 1~2 个接地点（安全地及信号地）。</p> <p>★1、主体结构：立式主观察管 ★2、主观察管尺寸：玻璃管，高度≥1000mm，立式</p> <ol style="list-style-type: none"> 4、计量槽：不锈钢计量槽 容积：≥5L； 5、转子流量计 测量范围：0-2 立方米/小时 6、温度测量：数显温度表 + PT100，0-100 度 7、墨水瓶：≥5L 8、面板为不锈钢材质，蚀刻设备流程图、雷诺数与流量对应表于面板表面。 9、不锈钢管道和阀门。 10、不锈钢架体。 11、易损件不锈钢法兰、快接连接； 12、管路采用不锈钢焊接管路，彻底杜绝管道漏水现象； 13、整机机架、管路、连接件等全部采用不锈钢材质。 14、所有标准件质量优良产品，国际认证。 15、设备管道表面光滑、焊缝符合化工设备验收规范； 16、设备管道仪表管线布置符合工程规范。 <p>▲软件部分：数据处理软件实验数据处理软件：能显示参数、显示实验数据处理的各步结果及图表，以验证计算并提示出错原因。</p>

21	电子天平	<p>最大称量值：≥500 g 可读性：≤0.01 g 重复性：≤0.01 g 线性：≤0.02 g 稳定时间（典型值）：≤1.0 s - 1.5 s 灵敏度（温度漂移）：≤3.0 ppm/° C</p>
22	磁力加热搅拌	<p>搅拌点位数量：≥1 最大搅拌量：≥3L 搅拌子最大尺寸：≤50mm 转速范围：≥200-1500rpm 转速显示分辨率：≥±1rpm 加热温度范围：RT—280℃ 工作盘控制精度：≤±1(<100° C)±1%(>100° C) 过热保护：≤320℃ 温度显示分辨率：≤±1℃</p>
23	低速离心机	<p>最高转速：≤4000r/min 最大相对离心力：≥2200xg 最大容量：≥18x10ml 定时范围：1min-99min</p>
24	恒温电热水浴锅	<p>孔位：四孔 控温方式：微电脑 输出功率：≥600W 温度范围：RT~99.9℃ 温差精度：≤±1℃ 温度显示精度：≤0.1℃</p>
25	磁天平	<p>1、采用不锈钢材质，电路控制部分、磁场测量部分与磁场产生部分分开，减少干扰、便于维修； 2、励磁电流范围 0~10A（可调）；分辨率：0.01A； 3、高斯计：0.1mT~2000mT，分辨率：0.1mT，四位半显示，线性度：±0.5%； 4、磁场强度：0.000~0.85T；分辨率：0.1mT； 5、磁场稳定度：<1%hr； 6、磁柱直径 φ40mm，磁隙宽度 0~40mm（可调）； 7、磁场均匀度<1.5%（D=20mm，d=20mm）； 8、测磁系统：使用霍尔探头的高斯计； 9、底座可调，便于调节磁场水平； 10、内置冷光电源，便于观察和操作； ★11、采用键控调节，关机后自动恢复低电流状态，避免了高电流开关机对仪器的损坏。 12、配套介电常数实验装置三维实物仿真软件一套，软件采用 3D 虚拟仿真技术，包含：实验原理、实验仪器简介、实物仿真操作、实验虚拟考核、数据分析处理演示及实验思考题功能；提供管理软件（后台具有登录管理、分数查询导出功能），仿真实验及考核步数不少于 35 步。</p>

26	高压汞灯	灯管功率：250 瓦；包含：电器箱，灯管（石英材质，寿命需要达到至少 800 小时）和反光罩，每套设备配 4 副防紫外护目镜
27	分光光度计	<p>波长范围：330nm-800nm.；</p> <p>光源：钨卤素灯 12V30W；</p> <p>接收元件：端窗式 G1030 光电管；</p> <p>波长精度：±2nm；</p> <p>波长重现性≤0.5 nm；</p> <p>光谱带宽≤6 nm。</p>
28	氮气控制及输送系统	<p>1、管路和焊接接头：</p> <p>▲统一采用 BA 级 316L 气体管路和焊接接头，管路为完全退火型的无缝不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成；焊接接头采用锻造的接头体，壁厚与管路一致。管道的内表面处理值要小于 0.37u；管道的标准：1/4” -3/8” 壁厚 0.89mm，1/2” 壁厚 1.24mm，管壁的厚度不得减小，每根管道独立塑封包装，配有防尘堵头。</p> <p>2、高压供气面板</p> <p>1) 材质不锈钢适用于无腐蚀性高纯气体，纯度高达 6N 的气体</p> <p>2) 实现功能：控制供气，调节压力，吹扫，带安全装置，带过滤器，显示高低压压力</p> <p>★3) 结构包括：1 个进气隔膜阀，1 个废气吹扫隔膜阀，1 个出口隔膜阀，1 个高压调压器，1 个进气压力表，1 个出气压力表，1 个安全泄压阀及安装底板，供气面板要求采用模块化设计。</p> <p>▲4) 进气压力要求耐压：最大承压 20MPA（200bar）</p> <p>5) 出气压力范围要求：3.5bar\6bar\10bar 可选</p> <p>6) 进/出气接口：1/4”FNPT</p> <p>7) 流量：≤30Nm³/h</p> <p>8) 工作温度：-20℃--+60℃</p> <p>9) 膜片材料：SS316L</p> <p>10) 对外泄漏率：10-8mbar 1/sec（氦检）</p> <p>11) 供气面板要求配置过滤器。</p> <p>3、终端减压装置</p> <p>1) 材质不锈钢适用于无腐蚀性高纯气体，纯度高达 6N 的气体</p> <p>2) 实现功能：控制供气，调节压力，显示下游端压力</p> <p>★3) 结构包括：1 个进气隔膜阀，1 个二次调压器，1 个出气压力表及安装底板，供气面板要求采用模块化设计。</p> <p>★4) 进气压力要求耐压：最大承压 20MPA（200bar）</p> <p>5) 出气压力范围要求：0-10bar</p> <p>6) 进/出气接口：1/4”FNPT</p> <p>7) 流量：≤5Nm³/h</p> <p>8) 工作温度：-20℃--+60℃</p> <p>9) 膜片材料：SS316L</p> <p>▲10) 对外泄漏率：10-8mbar 1/sec（氦检）</p> <p>4、高压软管</p> <p>1) 气软管需由不锈钢双层编织，作为最佳安全措施，软管配有不锈钢线缆。</p> <p>2) 软管设计工作压力不低于 200bar，极限压力 300bar，有足够的韧性、柔软性，方便在一定操作范围内换接钢瓶</p> <p>3) 长度 1M, 配有防甩钢丝</p> <p>4) 脱脂去油处理适用高纯气体 6.0 的 (99.9999) 纯度</p>

	<p>5、球阀</p> <p>1) 球阀应满足实验室内的气体纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性。管道球阀工作压力1000psi，阀体为316不锈钢材质，具有选择手柄，开关平滑，扭矩低，操作简便。</p> <p>配置清单：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、单侧控制面板：3个 2、高压软管：3条 3、钢瓶接头：3个 4、进气转换接头：高压软管：3条 5、钢瓶固定架：3个 6、1/4NPT-1/4LO出气转换接头，3个 7、单向阀1/4"卡套，工作压力200bar：3个 8、1/4"不锈钢管道，数量：80米 9、三通，数量：8个 10、截止阀：数量：13个 11、终端减压器，数量：13个， 12、压力表，数量：13个 13、接头：规格1/4" N -1/4" 卡套，数量：22个 14、手套箱接头：规格1/4" N -1/8" 卡套，数量：2个 15、其它： <p>管道支吊架，管码，铝合金型材；管道标识标签，气体周知牌，阀门掉牌；现场洁净易耗品；系统吹扫、调试、测试、培训。</p>
29	<p>磁力搅拌器</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 搅拌点位数目：1 2. 最大搅拌量 (H2O)：20 L 3. 电机输出功率：≥9W 4. 旋转方向：右/左 5. 速度显示设定值：LCD 6. 速度显示实际值：LCD 7. 转速控制：控制旋钮 8. 速度范围：50 - 1500 rpm 9. 设置速度精度：10rpm 10. 搅拌子长度：30 - 80 mm 11. 加热输出功率：≥600 W 12. 温度显示设定值：LCD 13. 温度显示实际值：LCD ★14. 加热温度范围：室温-310° C 15. 加热温度控制：控制旋钮 ▲16. 加热板的温度设定精度：1K 17. 外接温度传感器接口：PT1000, ETS-D5, ETS-D6 18. 介质温度设定精度：1K 19. 可调安全温度回路最小值：50 - 370 ° C 20. 工作盘材质：铝合金 21. 工作盘外形尺寸：≥∅ 135 mm <p>配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加热磁力搅拌器主机一台 2. PT-1000 温度计一个 3. 搅拌子一个 4. 50ml 加热模块一个 5. 100ml 加热模块一个 250ml 加热模块一个

30	循环水泵	排气量：≥16L/min（水温6℃） 水槽容量：≥10L
31	旋转蒸发仪	★回转速度：10~310rpm 蒸发能力：Max25mL/min（JIS标准1L瓶，水的蒸发量） 极限真空度：399.9Pa（3mmHg）以下 旋转电机：DC无刷电机 主机底座：圆角型380W×342D（mm） 管路连接口径：接口外径≥10mm 旋转设定：旋钮设定·数字显示 特色功能：试料瓶可左右两侧安装，试料瓶可定时正反转，可使用3L试料瓶（需选配加厚玻璃轴H型） 安全功能：电机过载保护回路，旋转异常报警，停电记忆报警 ★升降方式：重量平衡·无极调整 升降器冲程：≥180mm（重量平衡式·无极调整） 冷凝管：直立式分体四通瓶二重蛇形盘管·冷却面积≥0.14m ² 回收瓶：球型瓶1L球磨口NS35/20 试料瓶：梨型瓶1L标准磨口NS29/38 旋转轴：≥内径18 x 全长178mm TS29/38 真空密封垫：特氟龙密封垫+双重密封垫 使用环境温度：5~35℃ 电源输入功率：0.5A, 0.11KVA 额定电源：AC220V 50Hz
32	三用紫外分析仪	键显示方式：无 拍照功能：相机框（选配） 波长：254nm、365nm、可见光 滤光片尺寸：200x50mm 紫外灯管：6Wx2支 可见光：4Wx1支 暗箱：左右两侧设活动操作口、防紫外观察口 紫外灯角度：可调节 紫外线强度：距离样品20cm紫外线强度达到20uW/cm
33	隔膜真空泵	★排气量（HIGH·LOW）：设备具有两档排气量调节，高档位≥30L·min，低档位≥20L·min ▲到达真空度：≤10hPa（约7.5Torr） 排气方式：隔膜排气式 减压模式：2段式减压 安全功能：马达异常检知 马达：90W 接触气体部材质：PPS、特氟隆 吸气口口径：外径10mm 排气口口径：外径10mm

34	平行合成仪	<p>1) 反应位点: 10 组 (第 11 为空白测温点)</p> <p>2) 反应器一: 20ml</p> <p>3) 适用体积: 1-5mL (封管)、10mL (室温、加热、回流)</p> <p>4) 加热搅拌控温单元: 智能安全加热控温探针 (配置进口加热搅拌器, 智能控温探针)</p> <p>▲5) 控温技术: 内部控温+平行控温+电子双重控温</p> <p>6) 温度范围: -20-220°C (标配低温模块, 需客户自接循环制冷器)</p> <p>7) 控温平行精度: 1°C</p> <p>8) 回流实验: 是 (回收效率>98%、乙醇在 80oC 加热回流 48h 损失率<2%)</p> <p>9) 冷却降温: 是</p> <p>10) 搅拌速度: 0-1500rpm</p> <p>11) 无水无氧加料: 是 (氮气流保护下零损耗微量进样或氮气流保护投放称量皿)</p> <p>12) 无水无氧样品采集: 是 (在线微创取样)</p> <p>13) 二次密封功能: 是 (独有密封塞穿刺眼密封、确保反应气密性)</p> <p>14) Schlenk 操作面板: 是 (简单易用的模块化气体置换平台)</p> <p>15) 微正压 Schlenk 线: 是 (模拟手套箱正压系统、配备优质储气囊)</p> <p>16) 气体 Schlenk 线: 是 (惰性气体反应气体任意切换)</p> <p>17) 可视化安全防爆防护罩: 是 (安全防护、抗环境干扰)</p> <p>18) 耐受正压力: <4atm (封管反应耐受最高压力)</p> <p>19) 快速悬停功能: 是 (快速停止反应、提拉即停)</p> <p>20) 成套合成附件: 是</p>
35	质量流量控制器&流量计	<p>▲1. 满量程流量范围 (N2): 5SCCM~30SLM</p> <p>2. 控制范围: 2~100%F. S.</p> <p>3. 阀类型: 电磁调节阀</p> <p>4. 准确度:</p> <p>10SLM : 1%F. S.</p> <p>>10SLM : 2%F. S.</p> <p>5. 线性:</p> <p>10SLM: 0.5~1%F. S.</p> <p>>10SLM : 2%F. S.</p> <p>6. 重复精度: 0.2%F. S.</p> <p>7: 响应时间: 2 秒</p> <p>8. 工作温度范围: 5~45°C</p> <p>9. 工作压差: 0.1 ~ 0.5 MPa</p> <p>10. 耐压: ≥3MPa</p> <p>11. 密封材料: 氟橡胶、聚四氟乙烯、氯丁橡胶</p>
36	金属相图实验装置 (含软件)	<p>可控升降温电炉、数字控温仪、数字接口;</p> <p>1. 立式加热炉, 有独立的加热和冷却系统, 可加热多达 8 组介质;</p> <p>2、测温范围: 0~650°C (可扩展范围), 分辨率: 0.1°C;</p> <p>3、显示: 加热炉温度、样品温度、定时独立三显示;</p> <p>4、定时显示范围: 10~99s 任意设定, 有声音提示;</p> <p>5、可自由设定目标温度, 到达目标温度后停止加热并自动进入保温状态, 并自带过温保护功能, 安全可靠;</p> <p>6、加热功率: 1.5kW; 保温功率: 0.5kW;</p> <p>7、最快升温速度: 40°C/分钟;</p> <p>8、最快降温速度: 30°C/分钟 (可通过“冷风量调节”控制降温速度);</p> <p>9、有软、硬件过温保护功能。</p>

37	高聚物摩尔质量测定装置 (粘度法)	1、温度范围：室温~100℃； 2、温度分辨率：0.01℃；温度波动：±0.02℃； 3、设定温度、实时温度、数字秒表同时三显示； 4、数字秒表：0~1000s，分辨率：0.1s； 5、乌氏粘度计由用户自选； ★6、自带乌氏粘度计三维调节装置； 7、配有恒温浴冷却装置； 8、数字秒表线控开启。 ★配套高聚物摩尔质量测定装置三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，包含：实验原理、实验仪器简介、实物仿真操作、实验虚拟考核、数据分析处理演示及实验思考题功能；提供管理软件（后台具有登录管理、分数查询导出功能），仿真实验及考核步数不少于55步；
38	电热鼓风干燥箱	技术参数： 1. 仪器种类：普通烘箱 2. 温度范围：RT+10-300℃ 3. 温度波动：≤1℃ 4. 外形尺寸：实物为准 5. 内胆尺寸：≥80L 6. 内胆材质：不锈钢 7. 加热方式：热风循环系统 8. 功率：≥1550W
39	顶置式机械搅拌器	1. 搅拌量（H ₂ O）≥20 升 2. 最大搅拌粘度：10,000mPas ★3. 钻夹头最大扭矩：≥150Ncm ▲4. 转速范围 I 档（50 Hz）：60 - 500 rpm，转速范围 II 档（50 Hz）：240 - 2000 rpm 5. 支臂直径/长度≥13mm/160mm 6. 转速显示：数字 7. 两个速度档位，分别针对低粘度和高粘度的应用 8. 穿透式搅拌桨 2 个 9. 马达动力平稳，马达过压过载保护，提高实验安全性 10. IP 保护等级：20 配置：顶置式搅拌器主机 1 台；原厂支架 1 个；原厂夹头 1 个；原厂四叶片搅拌桨 1 个；原厂容器固定夹 1 个；原厂盘旋式搅拌桨 1 个。

四、服务要求

- 1、交货期：合同签订后 30 日历天内完成交货及安装调试、达验收合格标准。
- 2、★质保期：中标人就所有投标货物提供原厂免费上门全质保 3 年或以上（技术要求中有特别要求的，从其要求），软件终身免费升级。
- 3、服务响应时间：质保期内，中标人在接到采购人系统故障或问题告知后，2 小时内进行电话响应，若电话中无法解决，国产设备 4 小时内到达现场，24 小时内排除故障。
- 4、质保期满后：中标人负责终身维修，不收维护和人工费用，材料费按低于市场价的 80% 收取。

五、实质性合同条款

(声明：实质性合同条款为列入符合性审查的条款，任有一项不满足要求将导致投标被否决)

1、产品质量标准

- 1) 投标人所投的产品必须是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。
- 2) 投标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。
- 3) 货物包装必须与合同约定相符，包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。
- 4) 实际到货的货物名称、数量、品牌、型号、规格、配置、产地等信息须与合同一致。
- 5) 货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到生产国相关标准及行业标准。
- 6) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明。
- 7) 因货物的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、产品包装要求

- 1) 投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。
- 2) 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。
- 3) 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
- 4) 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
- 5) 包装外观应标明总包装数、包装编号、毛重、净重、尺寸、体积等相关包装信息。
- 6) 外包装应贴上能证明货物状态及来龙去脉的标签，至少须注明合同编号、货物名称、货物数量、发货人、始发地、承运人、运输方式、收货人、目的地等信息。
- 7) 外包装应附上货物清单，注明包装内货物的名称和数量。
- 8) 精密仪器应在外包装贴上小心轻放、防火、防雨淋、防雷、防震、防倒置等提醒注意的标志。易燃、易爆、有毒、含辐射等危险物品应贴上安全标识。
- 9) 进口产品在外包装上的标识语言至少应包含中文和英文两种文字。

3、运输、装卸、仓储

- 1) 中标人负责将货物送达并交付采购人使用的全过程的装卸、运输、仓储等的一切事宜。
- 2) 装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。中标人在保证货物财产安全的同时，还须注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。

如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由中标人承担。

- 3) 在充分保证货物财产安全的前提下，中标人应选择快捷高效的运输途径，尽量减少货物中转、装卸的次数。
- 4) 如委托第三方运输货物的，中标方须全程跟踪，不得任由承运人随意处置货物。
- 5) 货物抵达采购人收货地点进行卸货作业时，不得损坏采购方电梯、墙体、家具、用具等物品，如有对采购人造成财产损失的，中标人须赔偿采购方全部损失。

4、交货要求

1) 交货地点：暨南大学校内采购人指定地点。

2) 送货及开箱点货：

①送货前，中标人应提前通知采购人并安排好送货及开箱点货的时间。

②中标人应将货物运送到采购人指定的交货地点，并于货物抵达当天与采购人共同开箱清点货物。如因特殊原因不能于送货当天开箱验货的，则货物在采购人地点存放期间发生的货物灭失的风险由中标人承担。

③交货时，买卖双方须共同派员参加，经清点无误后由采购方签收，同时双方对交货状况拍照留存。若中标人不派员参加开箱的，视同中标人完全接受采购人开箱检验清点的所有结果，并负责解决开箱检验清点发现的问题和赔偿。

④中标人提供的送货单上须注明合同编号、货物名称、包装数量、外包装是否完好、外包装尺寸（体积）、重量等信息。

⑤中标人应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给采购人。

⑥开箱时，双方共同检验货物表面状况，核对货物名称、制造商、型号、规格、产地等信息，清点货物及配置数量。

⑦交货时，如发现货物外包装有破损、被撞击的痕迹，或货物数量不足的，甲方有权拒收，按未交货处理。

⑧若开箱时发现缺少货物的，中标人应在合同交货期内补足缺少的货物。中标人须保证补发的货物进货渠道合法，进口产品须具备原厂合格证和原产地证明以及进口海关商检部门出具的检验证明。

⑨采购人接收中标人交货及开箱清点不视为对中标人提供货物质量的认可，采购人收货后发现中标人提供的货物不符合合同约定的质量标准，有权要求中标人更换，直至符合合同约定的质量标准。因中标人提供的货物不符合合同约定的质量标准给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿。

5、安装、调试、试运行

1) 货物到达采购人使用现场、开箱清点无误后，10日内或采购人另行要求的时间内，由中标人负责完成货物的现场安装、调试、正常启动。

2) 中标人应派专业的技术人员上门安装、调试。中标方技术人员应按照投标文件提供的技术方案和行业操作规范对货物进行安装、调试作业。中标人在采购人现场安装调试期间须遵守采购方相关管理规定，遵

守采购方作息时间，避免出现噪声扰民、造成环境污染等问题，不得损坏、损毁采购人物品。如造成采购人财产损失的，责任由中标人承担。

- 3) 采购人为中标人的技术人员进场安装设备提供便利，如免费提供安装水电。
- 4) 中标人将货物安装、调试完毕，正常启动后，进入试运行阶段。
- 5) 货物试运行期间如出现故障，中标人应立即进行处理。如故障无法修复，应作退/换货处理。由此产生的费用由中标人承担。

6、培训

- 1) 投标人应在投标文件中提供明确、完整的培训方案。
- 2) 货物试运行期间，中标人应指派具有丰富工作经验的专业技术人员根据投标文件提供的培训方案和行业规范向采购方至少 2 名人员进行现场培训，培训内容至少包括货物现场操作使用、运行、维护、修理等相关课程，提供必需的培训资料、完整的仪器操作和维护手册等。
- 3) 培训费用（含人员差旅、食宿等）全部包含在合同总价中，采购人不再支付任何费用。

7、验收要求

- 1) 所有项目完成，安装、调试、培训、试运行正常，交付用户方使用三十天后，由中标人向采购人提交书面验收通知，采购人（使用单位或货物管理部门）在收到验收通知后 15 天内按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。
- 2) 中标人应在验收前，向采购人提供按合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品技术说明、货物生产国相关标准等为准。
- 3) 验收未能通过的，中标人负责在 7 天内完成整改。若整改后仍未能合格的，采购人有权单方终止合同并要求中标人退还已支付款项。因中标人整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由中标人承担相应责任。
- 4) 验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》，验收合格日期以最后的签字日为准。采购人验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

8、售后服务

- 1) **质保期自采购人和中标人双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。**
- 2) 质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。
- 3) 质保期内的维修，如果需要更换整机或配件的，更换的整机或配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同品牌该类型更高档次的替代品，并且必须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。
- 4) 质保期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权利不受影响。

5) 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。

9、付款方式

- 1) 全部货物安装、调试、验收合格并填写用户方仪器设备验收报告，中标人开具全额完税正式销售发票（增值税专用发票）后，采购人于十个工作日内一次性支付合同货款。
- 2) 若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

10、履约保证金

- 1) 中标人须在合同签订前5个工作日内以支票、电汇或银行保函形式向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%。
- 2) 货物验收合格后，中标人凭经采购人使用单位盖章确认的《退还履约保证金申请书》申请退还履约保证金，采购人于收到中标人退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。
- 3) 提交履约保证金的形式：支票、电汇或银行保函（见索即付）等非现金方式。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

帐号：3602015819100000858

用途：（填招标编号及包组号）履约保证金

办理地址：暨南大学行政办公楼 227 室

- 4) 以银行保函形式提交履约保证金的，保函有效期应长于合同履行期。原则上国内供货设备保函有效期不少于合同生效之日起半年，免税进口设备保函有效期不少于合同生效之日起一年。如遇特殊情况在有效期内不能完成履约验收的，需提前15天办理保函延期手续。
- 5) 以银行保函形式提交履约保证金的，必须在合同签订前提交保函原件。

第四部分评标办法

1 评标委员会

- 1.1. 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。
- 1.2. 评标委员会名单在招标结果确定前严格保密。
- 1.3. 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审。
- 1.4. 评标有关记录由评标委员核定并签字，存档备查。

2 评标方法

综合评分法。

3 评标程序

- 3.1. 综合评分法评标步骤：项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。
 - 资格审查表（详见附表一）
 - 符合性审查表（详见附表二）
 - 技术评审表（详见附表三）
 - 商务评审表（详见附表四）
 - 价格评审（详见附表五）
- 3.2. **比较与评价。**评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	合计
权重	45%	20%	35%	100%
分值	45分	20分	35分	100分

具体量化打分标准如下：

1) 技术、商务评分：

评标委员会分别对各投标的技术、商务响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

2) 技术商务得分统计

- a) 将所有评委的技术评分的算术平均值即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。
- b) 将所有评委的商务评分的算术平均值即为每个有效投标人的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。
- c) 将技术得分、商务得分相加得出商务技术得分。

3) 价格核准和评分

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评委规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投

标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格的核准：

评委先对入围投标人的投标报价进行复核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- a. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

对投标货物/服务的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理。

对投标货物/服务的非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价。对投标货物/服务的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价，若其获得中标资格，该项目的中标价为其原来的开标一览表价格，其漏项部分风险自担，视作已含在投标报价中，并以开标一览表价格签订合同。

对数量的评审，以第三部分《招标需求》所明示数量为准；《招标需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效。按上述修正错误的方法调整后的投标报价，需由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。**投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

节能产品、环境标志产品价格扣除：

- a) 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的节能产品认证证书的，节能产品投标报价占总投标报价比例在 80%或以上的，对节能产品的价格给予 2%的扣除，在 80%以下的，对节能产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。
- b) 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得有效期内的环境标志产品认证证书的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在 80%或以上的，对环境标志产品的价格给予 2%的扣除，在 80%以下的，对环境标志产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。

对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。

价格评分：

评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权重} \times 100 \text{ (精确到 0.01)}$$

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4 推荐中标候选人名单

详见投标须知前附表第 12 项。

5 确定中标人

采购人将根据评标结果，确定中标人。采购代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出书面《中标通知书》，向所有未中标人发出《中标结果通知书》。

注：本评审办法入围投标人指所有通过资格、符合性审查的投标人。

附表一：

资格审查表

项目名称：暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目

项目编号：ZZ0230263

评审内容	投标人 A	投标人 B	投标人 C
1. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。所有货物的制造商应为中小微企业。投标人应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。			
2. 应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：			
1) 提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。			
2) 资格声明函（盖章签署合格）			
3. ①未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以开标当日资格审查人员在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录）。②若投标人具有分公司的，其所属分公司有上述不良信用记录的，视同该投标人存在不良信用记录。③若投标人为分公司的，其所属总公司（总所）存在上述不良信用记录的，视同该分公司存在不良信用记录。			
4. 不得参与同一采购项目竞争的供应商（提供签署及盖章合格的资格声明函）			
1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。			
2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。			
5. 本项目不接受联合体投标。			

资格检查

结论	是否通过资格审查 (写“通过”或“不通过”)			
不通过资格审查的原因说明				

- 1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过资格审查；
- 2、表中全部条件满足为通过审查，同意进入符合性审查阶段。

附表二：

符合性审查表

评审内容		投标人 A	投标人 B	投标人 C	
符合性检查	投标保证金按招标文件要求提交				
	符合投标有效期				
	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章	投标函			
		法定代表人证明书或法定代表人授权委托书			
		开标一览表			
		详细报价表			
		实质性响应一览表			
		投标响应与招标文件差异一览表			
	投标报价没有超出最高限价				
	完全满足招标文件中标注“★”的条款				
	完全满足招标文件中的实质性合同条款				
未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形					
结论	是否同意进入下一阶段评议 (写“同意”或“不同意”)				

- 1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议；
- 2、表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评议；
- 3、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写“同意”或“不同意”。
- 4、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该投标人通过符合性检查，否则不通过。

附表三：

技术评审表

序号	评审项目	评分细则	分值
1	技术响应程度 (33.0分)	<p>根据投标人对用户需求书中标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审（共 29 项）：完全满足或优于招标文件得 29 分；每负偏离一项扣 1 分，最低扣至 0 分止。</p> <p>注：1) 投标人须提供有资质的第三方机构出具的检测报告或产品功能界面截图或公开技术资料（加盖投标人公章），未提供有效证明材料或证明材料中内容与该项指标的要求不一致的，都将被视为负偏离。</p> <p>2) 凡是标有序号的▲号条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。</p>	29 分
		<p>根据投标人对用户需求书未标注“★”或“▲”的一般技术参数的响应情况进行评审：完全满足或优于招标文件得 4 分；每负偏离一项扣 0.25 分，累计扣分达到 3 分或以上的，统一得基本分 1 分。</p> <p>注：1) 一般技术参数指标以投标人在《一般技术参数响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或参数不满足的都视为负偏离。</p> <p>2) 凡是标有序号的一般条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。</p>	4 分
2	质量保证措施 (4.0分)	<p>根据投标人质量保证措施、针对性、可行性情况进行评价：</p> <p>(1) 质量保证措施详细具体、具有针对性、合理可行，得 4 分；</p> <p>(2) 质量保证措施基本完整、有一定针对性、有一定可行性，得 2 分；</p> <p>(3) 质量保证措施不完整、缺乏针对性、不具有可行性，得 0.5 分；</p> <p>(4) 不提供不得分。</p>	4 分
3	安装调试方案 (4.0分)	<p>根据投标人提供的安装调试方案(包括但不限于安装调试人员安排、安装调试计划、流程、安装调试执行方案等)进行评审：</p> <p>(1) 提供的安装调试方案详细，流程清晰合理，完全符合学校安装调试要求，得 4 分；</p> <p>(2) 提供的安装调试方案简单，流程基本合理，基本符合学校安装调试要求，得 2 分；</p> <p>(3) 提供的安装调试方案粗略，流程不清晰不合理，未按学校安装调试要求拟写，得 0.5 分；</p> <p>(4) 其他或不提供安装调试方案者不得分。</p>	4 分

4	培训方案 (4.0分)	<p>根据投标人拟定的培训方案进行综合评审：</p> <p>(1) 培训方案科学完整、切合实际，技术培训服务人员证件齐全，为培训提供详实的资料，对系统的安装、调试运行以及突发情况的应急维修均有详细的培训手册，培训现场进行实际操作演练的得4分。</p> <p>(2) 仅对合同内的设备安装、调试、运行、维护及检修提供简单的技术培训，方案合理可行，可落实到项目实处，确保培训无障碍的得2分。</p> <p>(3) 培训方案不够具体，内容较为粗略，有待完善和提高，培训时间场地有待确定的得0.5分。</p> <p>(4) 未提供培训方案或方案较差，培训内容与本项目不符的则不得分。</p>	4分
合计			45分

附表四：

商务评审表

序号	评分项目	评分细则	分值
1	商务响应程度 (4.0分)	根据投标人对招标文件用户需求书第四项非“★”“服务要求”中的服务条款（共3条）的响应情况进行评审： 全部服务条款均满足招标要求的，得1分，每有一项服务条款优于招标要求的加1分，本项最高得4分。	4分
2	同类项目业绩 (4.0分)	投标人提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成的与本项目同类业绩(与所投核心产品同类型的供货业绩)，每提供一个得1分，本项最高得4分。 注：投标人须提供每个业绩的证明材料，并加盖投标人公章，缺少任何一份材料都作为无效业绩处理： 核心产品有2项或以上的，若投标人提供的业绩没有涵盖到所有核心产品，则本项最高得3分。 (1)合同关键页(关键页包括能够获知甲乙双方名称、合同标的页面及签字盖章页)复印件加盖投标人公章； (2)验收报告复印件。	4分
3	用户评价 (4.0分)	提供上述有效项目业绩的使用用户评价，每提供一份优秀或满意或90分以上等类似正面评价的使用用户评价得1分，本项最高得4分。 注：须提供加盖用户单位公章的评价证明。	4分
4	投标人管理体 (3.0分)	投标人获得的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书，每提供一项得1分，此项满分3分。 备注：同时提供以下资料，否则不得分： 1、提供认证证书复印件 2、打印网站公布的链接信息资料【网址以 http://www.cnca.gov.cn /网站公布为准(投标人可通过网站首页进行查询打印)】，已失效或撤销或暂停的不得分。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。	3分

5	售后服务方案 (5.0分)	<p>根据投标人拟定的售后服务方案、服务标准、应急措施及时间保障（包含但不限于服务体系、服务制度、应急时间、管理人员和质保期内、外出现问题的响应时间、解决故障时间、技术支持、保证措施等）进行综合评审：</p> <p>（1）售后服务方案科学完整，具有较强的针对性、可管理性，有详细的售后服务体系，提供定期巡检维修服务人员，能及时有效的对系统或设备进行管理和定期维护，对质保期内、外的保证措施与技术支持合理可行的得5分。</p> <p>（2）售后服务方案合理可行，具有一定的可行性、能确保售后服务实施流程通畅，系统或设备出现故障时可提供相应的技术人员进行维护，质保期内、外的保证措施较为简洁的得3分。</p> <p>（3）售后服务方案简单，内容不够具体，可行性不高的得1分。</p> <p>（4）未提供售后服务方案或方案不能满足项目要求的则不得分。</p>	5分
合计			20分

附表五：

价格评审表

序号	评审项目	评议内容
1	价格	<p>评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权重 × 100 (精确到 0.01)</p> <p>因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

第五部分投标文件格式

投标文件包装信封或外包装格式参考

项目编号：ZZ0230263

项目名称：暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目

投标文件

正本

副本

保证金信封

投标人名称：（盖单位章）

投标人地址：

收件人名称：广东志正招标有限公司

（在规定的投标截止时间之前不得启封）

投标文件封面格式参考

项目编号：ZZ0230263

项目名称：暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目

投标文件

正本

副本

投标人名称：（盖单位章）

投标人地址：

第一章目录

类型名称	序号	文件名称	页码	注意事项
索引	1	资格、符合性审查自查表		
	2	评审要素投标资料索引表		
资格审查文件	1	供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：		
	1.1	投标人资格声明函（按规定格式盖章签署，否则将导致不能通过资格审查）		
	附件1	提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；		
	2	本项目属于专门面向中小企业采购的项目。所有货物的制造商应为中小微企业。投标人应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。		
	3	投标人认为必要的其他文件。		
商务部分	1	投标函（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	2	法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	3	开标一览表（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	4	详细报价表（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	5	政策适用性说明		
	6	实质性响应一览表（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	7	核心产品品牌表		
	8	投标响应与招标文件差异一览表（按规定格式盖章签署，否则将导致投标无效）		
	9	投标人基本情况表		
	10	项目经理/项目负责人简历表		
	11	拟为本项目配置人员情况表		
	12	类似项目业绩一览表		

	13	投标人认为必要的其他商务资料		
	14	银行保函（已通过其他方式提交投标保证金的，无须提供）		
	15	政府采购投标担保函（已通过其他方式提交投标保证金的，无须提供）		
	16	制造商（总代理商）授权委托书（要求提交授权书时选用）		
	17	联合体共同投标协议书（如项目允许联合体投标，联合体各方需签订）		
技术部分	18	详见《第五章投标文件技术部分》		
	19	投标人认为必要的其他技术资料		

第二章索引

2-1 资格审查自查表

评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
资格 检查	1. 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。所有货物的制造商应为中小微企业。投标人应按要求出具《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	2. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：	/	/
	投标人资格声明函	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	3. 本项目不接受联合体投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人应严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的□打“√”。

2-2 符合性审查自查表

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料	
符合性 审查	投标保证金	见投标须知前附表	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页	
	投标有效期	投标函（投标人的投标有效期为自投标截止之日起 90 日）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页	
	投标文件照招标文件规定要求签署、盖章合格	投标函		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		法定代表人证明书或法定代表人授权委托书		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		开标一览表		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		详细报价表		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		实质性响应一览表		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
		投标响应与招标文件差异一览表		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页
	最高限价	投标报价没有超出最高限价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页	
	招标文件中标注“★”的条款	满足招标文件中标注“★”的条款	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页	
	招标文件中的实质性合同条款	满足招标文件中的实质性合同条款	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页	
其他	未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（）页		

注：以上材料将作为投标人资格、符合性审核的重要内容之一，投标人应严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的打“√”。

2-3 评审要素投标资料表

商务评审分项	商务评审细则	证明文件
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
.....	见投标文件第（）页
技术评审分项	技术评审细则	证明文件
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
.....	见投标文件第（）页

注：1、投标供应商应根据《技术评审表》和《商务评审表》的各项内容填写此表，表格可延长。
2、按评审项的顺序填写。

第三章资格审查文件

3-1 资格声明函

广东志正招标有限公司：

关于贵公司的暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目（项目编号：ZZ0230263）的投标邀请，本单位（企业）自愿参加投标，现声明如下：

本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：年月日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

附件：

1. 提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件。如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。

附件：

与供应商存在关联关系的单位名称说明

一、与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的单位名称如下：

二、我方的控股股东名称如下（我方的母公司、对我方直接或间接持股 50% 及以上的投资单位）：

三、我方直接控股的单位名称如下（直接或间接持股 50% 及以上的被投资单位）：

四、与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

五、与我方为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资单位名称如下：

我方承诺上述有关联关系的单位不参与本项目的投标，如有参与投标，我方投标文件为无效投标文件。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：年月日

注：有以上情况的单位名称请应列尽列，若无相关情况请填写“无”。

3-2 中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加____(单位名称)的____(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 恒温培养箱 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
2. 可见分光光度计 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
3. 恒温水浴锅 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
4. 真空干燥箱 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
5. 磁力搅拌加热套 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
6. 电脑控制干燥箱 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
7. 材料相变分析仪 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
8. 分析天平1 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
9. 布洛维硬度计 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
10. 金相显微镜 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;
11. 金相切割机 , 属于 工业 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元,

资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

12. 偏光显微镜，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

13. 冷热台，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

14. 电热鼓风干燥箱，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

15. 分析天平2，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

16. 分析天平3，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

17. 离心泵性能测定实验装置，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

18. 能量转换实验装置，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

19. 隧道式干燥器实验装置，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

20. 雷诺实验装置，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

21. 电子天平，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

22. 磁力加热搅拌，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

23. 低速离心机，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

24. 恒温电热水浴锅，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

25. 磁天平，属于工业行业；制造商为__(企业名称)___，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于__(中型企业、小型企业、微型企业)；

26. 高压汞灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. 分光光度计，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 氮气控制及输送系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 磁力搅拌器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 循环水泵，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 旋转蒸发仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 三用紫外分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 隔膜真空泵，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 平行合成仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 质量流量控制器&流量计，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 金属相图实验装置(含软件)，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 高聚物摩尔质量测定装置(粘度法)，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. 电热鼓风干燥箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39. 顶置式机械搅拌器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责

人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注： 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

温馨提醒:

- 1、投标人应查询具体政策规定内容,根据企业实际情况判断。
- 2、为方便广大中小企业,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序(<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>),有需要的投标人可自测。亦可参考小微企业名录(<http://xwqy.gsxt.gov.cn>)中的相关数据信息。
- 3、供应商提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交。如被发现提供虚假声明的,采购人将上报财政监管部门,一切法律后果由投标人自行承担。

附表 2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

温馨提醒：

- 1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，按以上格式提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。
- 2、投标人应查询具体政策规定内容，根据企业实际情况判断，如不属于法规规定的残疾人福利性单位，无需提供残疾人福利性单位声明函。
- 3、如被发现提供虚假声明的，采购人将上报财政监管部门，一切法律后果自行承担。

3-3 符合“供应商资格”要求的其他证明文件

附件 1：供应商认为必要的其他材料，如已经成功领取采购文件的证明材料（含采购代理机构邮件发送采购文件电子版的截图或者采购代理机构开具的本次采购文件购买的发票）

第四章投标文件商务部分

4-1 投标函

致：广东志正招标有限公司

我方收到贵方关于暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目(项目编号:ZZ0230263)的招标文件，我方完全理解招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 1、 我方的投标文件在投标截止日后 90 天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
- 2、 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
- 3、 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
- 4、 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。
- 5、 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标的，贵方将不退还投标保证金（如有）。
- 6、 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。
- 7、 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
- 8、 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（并加盖公章）

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：年月日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

4-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：年月日

附：

营业执照/登记证书（注册号或登记号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（并加盖公章）：

地址：

日期：

法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（正面）
粘贴处

法定代表人
有效期内的居民身份证复印件（反面）
粘贴处

法定代表人授权书

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字（或盖印鉴）的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字（或盖印鉴）的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代表人，就（项目名称）（项目编号：）的投标活动，作为投标人代表以我方的名义处理有关事务。

本授权书于年月日签字（或盖印鉴）生效，特此声明。

投标人名称（并加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或印鉴）：

职务：

被授权人（签字或印鉴）：

职务：

被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（正面）
粘贴处

被授权人（授权代表）
有效期内的居民身份证复印件（反面）
粘贴处

4-3 开标一览表

项目编号：ZZ0230263

金额单位：元（人民币）

项目名称	投标报价	备注
暨南大学化材学院基础实验 教学设备更新采购项目	大写：	
	小写：¥	

注：投标报价至少应包含且不限于货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、采购代理服务费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

4-4 详细报价表

项目编号：ZZ0230263

金额单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌型号	配置及性能说明	单位	数量	单价	分项报价
						
总报价：							

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

4-5 政策适用性说明

产品适用政府采购政策情况表

节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	强制/优先采购品目	认证证书编号	金额
			强制品目		
			优先品目		
	节能产品金额合计				
	比重（优先采购节能产品金额/投标总价）				%
	节能产品证明材料见第至页。				
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号		金额
	环境标志产品金额合计				
	比重（环境标志产品金额/投标总价）				%
	环境标志产品证明材料见第至页。				

填报要求：

- 1、本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
- 2、节能产品、环境标志产品必须是《节能产品政府采购清单》或《环境产品政府采购清单》所列品目范围内，且由国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。（需附上相关认证证书）
- 3、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项无法获得相关政策优惠。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

4-6 实质性响应一览表

项目编号：ZZ0230263

序号	招标文件要求	投标人响应情况 描述	对招标文件的偏 离说明（正偏离/ 完全响应/负偏 离）	对应投标 文件位置 及页码
1	★投标保证金：按投标须知前附表要求提交			
2	★最高限价：如有，详见招标公告			
3	★投标有效期：从投标截止之日起 90 日内			
4	投标文件签署和盖章符合要求			
5	★本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。否则，评标委员会将对其投标作无效处理。			
6	★投标报价要求			
7			

注：如招标文件中标有“★”的内容，请在上表填写，并作出一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

请投标人自行核对，自行将采购需求中的“★”列填。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

4-7 核心产品品牌表

序号	核心产品名称	核心产品品牌
1	分析天平 3	
2	磁力搅拌器	
3	顶置式机械搅拌器	

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

4-8 投标响应与招标文件差异一览表

投标人对招标文件中标“▲”条款的响应情况

序号	招标文件中标有“▲”的内容	投标人响应情况描述	对招标文件的偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离）	对应投标文件位置及页码
			

说明：

1. 请投标人将招标文件中标有“▲”的相关要求的响应情况按顺序逐条列入此表。
2. 此表可延长。
3. 招标文件若无“▲”标注的条款，则上表留空。

投标人对招标需求的响应情况（标“▲”的条款除外）

序号	招标文件要求	投标人响应情况描述	对招标文件的偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离）	对应投标文件位置及页码
			

说明：

1. 把招标需求相关要求的响应情况逐条列入此表。
2. 按招标需求的顺序填写。
3. 此表可延长。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

4-9 投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1、投标人名称：电话号码：

2、地址：传真：

3、注册资金：经济性质：

4、投标人开户账号资料

 银行名称及账号：

 开户地址：

5、投标人简介（自行描述）：

6、投标人财务情况：

年份	年营业总值	总净利	资产负债率

（如评审需要，则供应商需提供经审核的财务报表以便验证）

二、投标人获得资质和获奖证明文件

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

投标人需提供相关证明文件的复印件（加盖公章）

三、其他

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又 被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

时间	受处理的原因 (注明采购项目名称及处理原因)	处理的内容 (如受到禁止一段时期参加全国范围内某种项目的采购活动的,同时说明解禁时间)	备注

2、投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

投标人标记样本（即 LOGO，如无，无须标记）

投标人公章样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

4-10 项目经理/项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
办公电话		住宅电话		移动电话	
参加工作时间			从事项目经理年限		
具有认证资质					
已完成项目情况					
采购单位	项目名称	项目规模	日期	项目验收情况	

注：按评审要求提供。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

4-11 拟为本项目配置的人员情况表

序号	姓名	年龄	学历	获得有关的资质证书	经验年限	主要资历、经验及承担过的项目	拟在本项目担任的工作

注：按评审要求提供。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

4-12 同类项目业绩一览表

序号	项目名称	合同金额	完成时间	验收情况	业主单位	联系人及联系电话

(此表可延长)

注：按评审要求提供。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

(以下投标保函、政府采购投标担保函、制造商(总代理商)授权委托书、联合体共同投标协议书格式文件由供应商根据需要选用)

4-13 投标保函(已通过支票、汇票、本票、网上银行转账方式提交保证金的,无需提供投标保函)

(不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险)

开具日期:年月日

不可撤销保函第号

致:广东志正招标有限公司

本保函作为(投标供应商名称)_____ (以下简称投标供应商)响应采购项目编号 ZZ0230263 的暨南大学化材学院基础实验教学设备更新采购项目采购项目的投标邀请提供的投标保证金, (开具银行名称)在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺,本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知(贵方不需要说明理由,不需要提供证明),立即无条件地向贵方支付人民币(大写)元 整 [保 证 金 金 额] ((小 写) ¥ 元) :

1. 从开标之日起到投标有效期满前,投标供应商撤回投标;
2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同;
3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费;
4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后 30 天内持续有效,除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期,只需在到期日前书面通知本行,本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称(打印)(公章):

银行地址: 邮政编码:

联系电话: 传真号:

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字:

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务(打印): 姓名职务

4-14 政府采购投标担保函（已通过支票、汇票、本票、网上银行转账方式提交保证金的，无需提供投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称‘投标人’）拟参加（项目名称）（项目编号：）（以下简称‘本项目’）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向贵方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 贵方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照贵方的要求代投标人向贵方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦

免除相应的保证责任。

2. 因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

备注：此为政府采购投标担保函样本，仅供参考。投标人可根据实际情况自行提供，但不能偏离且不限于以上实质性内容！

4-15 制造商（总代理商）授权委托书（要求提交授权书时选用）

致：（采购人或采购代理机构）

作为制造（或总代理）（产品名称）的（制造或总代理企业全称），我企业在此授权（投标人名称）用我厂（公司）制造（或总代理）的（产品名称）的产品参加（项目名称）（项目编号：）采购活动，提交投标函并签署采购合同。

我厂（公司）郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权报价品种在交易期内保证货物的货源和质量，质保期为年（以验收合格之日起计算），如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》第三编 合同及招标采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：年月起至本次中标货物采购期结束。

采购合同规定的招标采购期限与本授权书的有效期限应一致。若采购合同规定的招标采购期限延期，本授权书期限自动顺延到招标采购期限届满。此授权书一经授出，在投标截止期后将不作任何修改。

制造（或总代理）商名称（盖章）

联系电话、传真：

日期：年月日

备注：如果设备制造商针对投标有固定格式和特殊纸张的授权函，投标人可使用设备制造商的官方格式授权函（必须加盖制造商公章），但必须保证授权函的真实性，要能证明设备制造商支持投标人参加本次投标活动，并保证假如中标供货/服务渠道合法。

4-16 联合体共同投标协议书（如联合体投标，需提供）

（联合体各方名称）在（项目名称）（项目编号：）中组成联合体，共同参加投标。就本项目有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由为本次投标联合体主体方，为协办方，组成联合体共同进行本项目的投标工作。
- 二、联合体以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标，中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。
- 三、联合体授权主体方负责本项目的一切组织、协调工作，主体方在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。
- 四、主体方负责工作，协办方负责工作。具体工作范围、工作内容以合同为准。
- 五、联合体成员____为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（**联合体成员中有小型、微型企业时适用**）。
- 六、各方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经各方协商后报采购人同意另行签署协议或者合同。
- 七、联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标，联合体项目负责人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。如因发生上述问题而导致联合体投标无效的，联合体其他成员可追究违约责任。
- 八、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
- 九、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。
如联合体未中标，本协议自动废止。

主体方全称：（公章）

协办方全称：（公章）

法定代表人姓名：（签字或印鉴）

法定代表人姓名：（签字或印鉴）

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

联系电话：

联系电话：

签署日期：

签署日期：

备注：联合体各方成员须在本协议上共同盖章和签署。

第五章投标文件技术部分

(格式自拟)

建议包括以下内容:

1. 技术参数响应程度
2. 设备选型及产品性能
3. 安装调试方案
4. 技术支持及培训方案
5. 投标人认为对投标有利的其他资料。

附件 1：政府采购履约担保函（投标时无需提供）

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履行保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

附件 2：政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。